

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/25
Konu : Malzeme Alımı

05/02/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 07/02/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	CLEAN CART-C TOZ KARTUŞ	ADET	1000		
2	CLEAN CART-A TOZ	ADET	1000		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

Clean Cart- C Toz Kartuş

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
- 2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 2 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka AK96 ve AK 95 model hemodiyaliz cihazlarına uymalı,orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Clean Cart- A Toz Kartuş

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr Sodyum karbonat olmalıdır.
- 2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka Gambro marka AK96 ve AK 95 model hemodiyaliz cihazlarına uymalı , orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Uzm.Dr. Mehmet ÖZCAN
İç Hastalıkları Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi
Dip. Tesis No: 12091/2

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşiresi
D. Sertifika No: 6739
Ağrı Devlet Hastanesi