



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Başhekimliği



SAYI :

KONU : Mal Alımı Hk.

**Teklif Davet**

Mad.1 Sağlık Tesisimizde mevcut olan 6 adet Gambro Marka Diyaliz Cihazlarına U900 ENDOTOKSİN FİLTRESİ alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 22.02.2019 tarih ve saat 10:30 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / satinalmaeleskirt@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;  
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İş Müdürü

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	U900 ENDOTOKSİN FİLTRESİ	20	ADET		
2					
3					
	KDV HARIC TOPLAM TUTAR				

NOT: Teknik Şartname 1 sayfadır

Firma/ Kurum  
Kaşe / İmza

- M.2 İdarenizce doğrudan temin usulü ile 22.02.2019 tarih ve saat 10:30 da U900 ENDOTOKSİN FİLTRESİ alım işine ait dökümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 22.02.2019 GÜNÜ SAAT 10.30 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası, nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler ( Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.8 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.10 Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. :0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E-Mail :satinalmaeleskirt@gmail.com



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

T.C  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ  
BAŞHEKİMLİĞİ  
TEKNİK ŞARTNAME

**1-U900 ENDOTOKSİN FİLTRESİ: 20 ADET**

- 1 - Ürünün CE Belgesi olmalıdır.
- 2- Teklif edilecek ürün Endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3- Gambro marka AK 96 Cihazlara uygun olmalıdır.
- 4-Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2.4 Metrekare olmalıdır.
- 5-Membran yapısı PACS(PVP) olmalıdır
- 6-Teklif edilecek ürünü Perasidik asit,sodyum karbonat,sodyum hipoklorit ve sitrik asitle dezenfekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.

15.02.2019

Ergül YAMAN  
Diyaliz Hem(Serv Sorm)

M.Nuri ÇETİN  
Diyaliz Hemşiresi

Kübra ERGÜN  
Diyaliz Hem