



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ASPIRASYON TORBASI VE HORTUM SETİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/03/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ASPIRASYON TORBASI VE HORTUM SETİ	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİC):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Biriminin veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağında ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmemiği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresi Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garanti olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekllerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen tekller hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacağındır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBI SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden d30658bf-02dc-4653-a99a-8c979a1bf90d kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ASPIRASYON TORBASI VE HORTUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün dikişsiz,yekpare,şeffaf ve hammaddesi PVC veya PE(polietilen) olu,et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde en az 0.25mm olmalı,kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulaklı bulunmalı ve torba hacmi 2000cc olmalıdır.
2. Torba üzerinde bir adet, vakum bir adet hasta bağlantı olsmak üzere en az 2 adet port bulunmalı ve bu portlar yazılı ve görsel olarak kullanıcıya yönlendirilmelidir.
3. Her torbanın üzerinde, tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere en az 25cm uzunluğunda ve 0.8cm çapında kıvrılıp bükülmeyi önlemek için 360 derece rotasyon kabiliyeti buluna şeffaf PVC materyalden gerektiğinde tandem bağlantıda kullanılabilirmelidir Bunun sağlanamadığı hallerde torbaya entegre olmayan tandem bağlantı hortumu, torba adedi kadar verilmelidir.
4. Torbaların üzerinde hasta portu ambalajın içerisindeki çıkan hasta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konektöre uyumlu ve en az 0,6 cm çapında olup aspire edilen sıvının hazne içerisinde sızılıerek dokulmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalıdır.
5. Torbaların vakum sistemine sıvı geçişini engelleyen filtrenin internal yapıda, torba içerisinde olmalı, hidrofobik yapıdaki bu filtreler bakteriostatiközellikte olmalı, aerosoller de filtre edebilmeli filtrasyon mikroorganizmalarda etkin olmalı ve bu etkinlik test raporları veya belgeler ibraz edilmelidir.
6. Her torba içerisinde aspire edilen sıvının köpürmesini engelleyen ve bu sayede torbanın tüm hacminin kullanımını sağlayan, renksiz, şeffaf ve silikon bazlı emülsyon anti-foam madde bulunmalıdır.
7. Aspirasyon sondası ve torba arasında kullanılacak hasta hortumu bir ucunda tek el ile vakum kontrolune olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konektör bulundurulmalı ve en az 1.8m uzunluğunda ve 0.6cm çapında iki ucu ajutajlı şeffaf özellikte olmalıdır.
8. Torbaların kullanılacağı kanisterler kırılmalara karşı dayanıklı fiber alaşımı, ölçekli ve sterilizasyon işlemlerinin uygulanabilmesi için 121 santigrant derece buhar otoklavda en az 20 dakika steril edilebilmeli, bunu sağlamak için canister üzerindeki tüm yazılı ve görsel ibareler ve sterilizasyon ısı değeri ile T.C Sağlık Bakanlığı Tibbi Cihaz Yönetmeliği gereğince CE ibaresi canisterin üzerinde yazılı olmalıdır.
9. Torbalar ortopedi ve batın cerrahisi gibi fazla miktarda sıvı aspire edilen vakalarda tandem(çoklu) kullanılabilirmeli, tandem bağlantıda en az 4 adet torba

birbirine bağlanabilmeli, tandem bağlantı için torbalar üzerindeki kapama tüpü kullanılmalıdır.

10. Torbaların kullanılması için gerekli sistemler (70 adet kanister, 70 adet askı teli, 60 adet duvar aplikatörü ve 15 adet mobil taşıyıcı vb.) hastane genelinde ihaleyi üstlenen firma tarafından bedelsiz kurulmalıdır. İthalatçı veya üretici firma gereğinden bakım ve onarımıları bedelsiz yapmalıdır.
11. Torbaların orijinal olarak tek tek ambalajlanmış şekilde teslim edilmelidir. Türkçe katalog ve broşür dışında kutular içerisinde kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
12. Firmaların numune göndermesi zorunludur. Firma numune göndermediği takdirde devre dışı bırakılacaktır.

