



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KABLOSUZ SIRAMATİK SİSTEMİ ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/03/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KABLOSUZ SIRAMATİK SİSTEMİ	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

e İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden eefd0030-f438-46a2-bdbd-dfac47ed3025 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KABLOSUZ SİRAMATİK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem; bilet makinesi, gösterge ve çağrı kumandasından oluşmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER;

- Sistemin oluşturan birimler (bilet makinesi, gösterge, kumanda), tek bir güç kaynağı ile beslenmemeli, her birimin güç kaynağı kendi içerisinde bulunmalıdır.
- Gösterge gong sesi verebilmeli, sistemde ayrı bir zil modülü olmamalıdır.
- Birimler, programlama veya ayar gerekmeden, takıldığında çalışmaya hazır olmalıdır.
- Birimler, aralarında kablosuz olarak radyo frekansı ile haberleşmelidir.
- Kablosuz iletişim, parazitten etkilenmeyen frekans modülasyonu (FM) ile yapılmalı, eski tip genlik modülasyonu (AM) kullanılmamalıdır.
- Sistem bir bilgisayara ihtiyaç duymadan müstakil olarak çalışmalıdır. Sistemin virtüse açık noktası bulunmamalıdır.
- Sistem periyodik bakım gerektirmemelidir.
- Sistemin kurulumu ya da yer değiştirilmesi için uzman gerekmemeli, her hangi bir elektrik teknisyeni tarafından kolaylıkla yapılabilir.
- Sistem, sadece kurumun sıra yönetimini üstlenmelidir. Personele özel eğitim gerektirmeden, kurulduğu anda rahatlıkla kullanılmaya başlanabilecek sadelikte olmalıdır.

BİLET MAKİNESİ;

- Termal yazıcı olmalı ve kağıt haricinde sarfi olmamalıdır.
- Her yerde kolay bulunabilen kağıt ölçüsü kullanılmalıdır.
- Kağıt rulosu imtiyazlı olmamalı ve piyasadan rahatça temin edilebilmelidir.
- Bir sıra fişini yazma süresi 1 saniyenin altında olmalıdır.
- İkinci kez düğmeye basmaya mahal vermeden, anında fişi vermelidir.
- Fiş yazılırken yanlışlıkla ikinci kez düğmeye basılırsa 2. kez fiş vermemelidir.
- Sıra fişini yazdıktan sonra otomatik kesmelidir.
- Kağıt yüklenmesi basit ve pratik olmalıdır.
- Kağıt bittiğinde sesli ikaz vermelidir.
- Elektrik kesildiğinde sıra fişlerine yazılan tarih, saat ve sıra no kaybolmamalıdır.
- Sıra fişlerinin üzerine aşağıdaki bilgiler yazılabilir:
İşlem (servis) adı
Sıra numarası
- Masa üstü kullanılabilir olmalıdır.
- Ayarlanan numaradan başlanarak sıra verilebilmelidir.
- İstenildiğinde manuel sıfırlama yapılabilir.

GÖSTERGE;

- Gösterge üç basamaklı olmalıdır. (000-999)
- Rakamlar rahatça okunabilen çubuklardan oluşmalı, noktalar ile rakam yazılmamalıdır.
- Kırmızı ve parlak ışıklı olmalıdır. Işık şiddeti, şebeke voltajındaki düşme ile azalmamalıdır.
- Gösterge, çağrı yapıldığında yanıp sönerek ve gong çalarak dikkat çekmelidir.
- Standart olarak duvara monte edilebilecek şekilde olmalıdır.
- Dahili besleme ünitesi ve ses modülü bulunmalıdır.

ÇAĞRI KUMANDASI;

- Kumanda üzerinde bekleyen ve çağrılan son numaraların görülebildiği bir ekran olmalıdır.
- Kumanda butonları bir membran altında olmalı ve tozdan, kirden etkilenmemelidir.
- Kumandalar pil ile çalışmalı, kablo ile bir yere bağlı olmamalı ve kolaylıkla masadaki yeri değiştirilebilmelidir.
- Kullanılan piller, her markette bulunabilen tipte olmalıdır.

Radyoloji Birim Sorumlusu
Sinan KIRIMCIL

