



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
01/03/2019 13:10 - 68917221 - 949 - E.381



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YENİDOĞANYOĞUNBAKIMDA BULUNAN VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 06/03/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	ADET	1		
2	OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 83acad2d-db85-46a3-be18-61c7a5e18f47 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ İlçe Devlet Hastanesi

OKSİJEN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Oksijen tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip istenilen gaz çıkışının ayarlanmasını sağlamalıdır.
- 2- Tüp bağlantı ölçüsü 3/4" olup yanında 2 adet conta verilmelidir.
- 3- Oksijen basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları pirinç (ms 58) malzemeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır..
- 4- Basınç düşürücü üzerinde 315 bar giriş basıncını ve 25 bar çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.
- 5- Basınç düşürücü TS 2503 standartlarında üretilmiş olup class 3 sınıfında max 10 bar çıkışa ayar yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 6- Kullanıcıyı korumak amacı ile basınç düşürücü üzerinde emniyet sibobu bulunmalıdır.
- 7- Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısıtıl işleminden geçirilmiş olmalıdır.
- 8- Basınç düşürücü çıkış bağlantısı 6 mm ve 8 mm hortuma uygun hortum yeri olmalıdır.
- 9- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
- 10- Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.
- 11-Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisinde olmalıdır.
- 12-Ücret karşılığında 10(on) yıl süre ile yedek parçası olmalıdır.

Yenidogan Yagmur Bolcum
Seramulusu
Nurcan Kardemir
Dml

T.C.

AĞRI VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ İlçe Devlet Hastanesi

KURU HAVA BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kuru Hava tüpünden gelen yüksek basıncı regüle edip istenilen gaz çıkışının ayarlanmasını sağlamalıdır.
- 2- Tüp bağlantı ölçüsü R5/8" olup yanında 2 adet conta verilmelidir.
- 3- Kuru Hava basınç düşürücü ana gövde , kapak , ve bağlantı elemanları pirinç (ms 58) malzemeden imal edilmiş olup komple kromaj kaplamalı olmalıdır..
- 4- Basınç düşürücü üzerinde 315 bar giriş basıncını ve 25 bar çıkış basıncını gösteren iki adet manometre olmalıdır.
- 5- Basınç düşürücü TS 2503 standartlarında üretilmiş olup class 3 sınıfında max 10 bar çıkışa ayar yapılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 6- Kullanıcıyı korumak amacı ile basınç düşürücü üzerinde emniyet sibobu bulunmalıdır.
- 7- Basınç düşürücü iç dizaynında kullanılan yaylar krom nikel telden imal edilmiş olup ısıtıl işleminden geçirilmiş olmalıdır.
- 8- Basınç düşürücü çıkış bağlantısı 6 mm ve 8 mm hortuma uygun hortum yeri olmalıdır.
- 9- Basınç düşürücü orijinal ambalajında gönderilmelidir.
- 10- Basınç düşürücü orijinal ambalajında kullanma talimatı bulunmalıdır.
- 11-Basınç düşürücü üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl garanti kapsamı içerisinde olmalıdır.
- 12-Ücret karşılığında 10(on) yıl süre ile yedek parçası olmalıdır.

Yeni Doğan Yorum Bakım
Sorumlusu
Nurcan Kandıran
JK