


T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/96
Konu : Mal Alımı

21/03/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25/03/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.


Beyma ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAN TORBASI TEKLİ(FLEBOTOMİ)	ADET	250		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

FLEBİTİMİ TORBASI (KAN ALMA) TEKLİ

1-PVC torba hacmi 450 ml tam kan alacak şekilde olmalı ve antikoagulan olarak CPDA-1 içermelidir.

2-Torba kenarında tüp takılacak askı yeri olmalıdır.

3-Torba içindeki sıvının ve kanın çıplak gözle kontrolüne engel olmayacak saydamlıkta olmalıdır.

4-Hazırlanan kan +4 C'de en az 35 gün saklanabilmelidir.

5-Hortum uzunluğu 1000+- 100 mm olmalıdır.

6-Hortum üzerinde kan numunesi almak için eşit aralıklar ile numara basılmış olmalıdır.

7-İğne 16 G olmalıdır.

8-İğne özel muhafaza içinde olmalı, açıldığında açılmış olduğu belli olmalıdır.

9-İğne muhafazası üzerinde damar giriş yönü işareti olmalıdır.

10-Torba etiketi Türkçe olmalı ve üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluk olmalıdır.

11-Alüminyum paketlerde amabalajlanmalı ve paketler karton koliler içersinde teslim edilmelidir.

12-Torbalar en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Ayrıca gerektiğinde miadı dolmadan 3 ay önce daha uzun miadlılarlada değiştirilmelidir.

13-Ambalajdan çıktığında veya normal kullanım sırasında, kusurlu olduğu tespit edilen torbalar, benzer vasıfla ancak sağlam diğerleriyle değiştirilmelidir.

Uzm. Dr. Muhammet Mustafa DEMİR
Ağrı Devlet Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı
Ekip. No. : 101030