

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 105  
Konu : Mal Alımı

27/03/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 29/03/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	BLT Q5 UYUMLU SPO2 PROB	ADET	200		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kapalıdır.

## NEONATAL PULSEOKSİMETRE PROBU TEKNİK ŞATRNAMESİ

1. Prob tek hasta kullanımı için olmalıdır.
2. Prob perfüzyonu, vucüt ısısı düşük hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir. Düşük perfüzyon için farklı bir prob kullanılması gerekmemelidir.
3. SpO2 ölçüm teknolojisinin hareketli hasta ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabildiğine dair FDA belgesi olmalıdır.
4. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex içermemelidir
5. Probun poşeti üzerinde probun kullanılabilceği hasta popülasyonuna ait bilgiler bulunmalıdır.
6. Neonatal prob 3kg altındaki bebeklerin eline ya da ayagina sarılarak kullanılmalıdır.
7. Probun hareket ve düşük perfüzyondaki hassasiyeti üretici firma kullanım kilavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
8. Probun kablosu elektrik tesisatından kaynaklanan parazitlerden etkilenmeyecek kalınlıkta olmalıdır.
9. Prob aynı hastada uzun süre kullanıma uygun olmalı, bu özellik teknik ve klinik olarak belgelenebilmelidir.
10. Prob kablosu Rainbow hasta ara kablosuna 15 pin üstünden kilitlenerek bağlanmalıdır.
11. BIOLIGHT marka Q5 model hastabaşı monitörlerde neonatal hastalarda orjinal masimo M-LNSCS teknolojisi ile SpO2 ölçümü için kullanmaya uygun olmalıdır.
12. Teklif edilen ürünler hastanede kullanılan Biolight Q5 marka hastabaşı monitörlerde kullanılmak üzere Biolight firmasından tedarik edilen ürünler olacaktır.Yetki belgesi teklifle birlikte idareye sunulacaktır.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Aysu ARAÇI ALTAN  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 457601/129343