

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2019/24
KONU : Teklife Davet

28/03/2019

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 02.04.2019 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile veya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Halil İŞİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ek: Teknik Şartname (3 Sayfa)

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	İŞIKLA SERTLEŞEN AKICI KOMPOZİT	ADET	16		
2	ÇİNKO FOSFAT SİMAN	ADET	5		
3	ÇELİK FREZ-ROND ANGULDURVA İÇİN	ADET	100		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 02.04.2019 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Akışkan Restoratif

- 1-) Sığ kavitelerin restorasyonlarında kullanılabilirdir.
- 2-) Posterior dolguların altında kaide olarak, pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilirdir.
- 3-) Kompozit akıcı kıvamda olmalıdır.
- 4-) Akıcı kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak %65, hacim olarak %55 olmalıdır.
- 5-) Nanofil yapıda olmalıdır.
- 6-) Silika doldurucunun büyüklüğü 75 nm, zirkonya doldurucunun büyüklüğü 5-10 nm, nanoöbeklerin büyüklüğü 0,6- 1,4 mikron büyüklüğünde olmalıdır.
- 7-) Üstün cilâ ratansiyonu sağlamalıdır.
- 8-) Radyoopak olmalıdır. Florid içermemelidir.
- 9-) Radyopasite değeri 1.89 olmalıdır.
- 10-) Polimerizasyon büzülmesi en fazla % 4 olmalıdır.
- 11-) Ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman sabit kalmalıdır. (tikotropik olmalıdır.)
- 12-) Ürünün Opak A3 rengi en az 40 sn, diğer renkleri ise en az 20 saniyede polimerize olmalıdır.
- 13-) A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2 ,W ve A3 Opak olmak üzere en az 10 renk alternatifi olmalıdır.
- 14-) Ambalajında 2 adet 2 gramlık şırınga ve 20 adet metal ağız içi uygulama ucu bulunmalıdır.
- 15-) Ürün orijinal ambalajı içinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
- 16-) Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

Halil IŞIK

Taşhca, Devlet Hastanesi
İdari ve Sağlık İşleri Müdürü

M. Alacalı
Mehmet ALACALI
Ezer

TEKNİK ŞARTNAME

Çinko Fosfat Siman

- 1-) Malzeme orjinal ambalajında 80 gr. Cam şişe içinde toz, plastik şişe içinde 55 gr. Likit ve plastik toz ölçüğünden oluşmalıdır.
- 2-) Kaide simanı olarak kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır.
- 3-) Likidi içerisinde fosforik asit ve alüminyum ortofosfat olmalıdır.
- 4-) Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum trihidroksit ve magnezyum oksit ve borontrioksit olmalıdır.
- 5-) X-ray ışınlarından radyopak görünmelidir.
- 6-) Karıştırma süresi 2-2:30 dakika, sertleşme süresi 6-7 dk. Olmalıdır.
- 7-) Ürünün miadı en az 3 yıl olmalıdır.

Ms Alacalı

Mustafa ALACALI

Eczacı

Halil IŞIK

Taşhçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

[Signature]

TEKNİK ŞARTNAME

Çelik Rond Frez

- 1-) Ambalaj üzerinde frezin özelliklerini ve ebatlarını gösterir numaralar yer alacaktır.
- 2-) Paslanmaz çelikten olmalıdır. Dezenfeksiyon solüsyonlarında kesinlikle küflenip kararmamalıdır.
- 3-) Orjinal ambalajında olmalıdır.
- 4-) Angldruva da kullanıma uygun olmalıdır.
- 5-) Korozyona uğramamalıdır.
- 6-) Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 7-) Grenler arası boşluklar kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır.
- 8-) Çürük temizleyebilecek özellikte olmalıdır.

M. Alsevi

Motkan Alsevi

Beraci

Halil IŞIK

Tatvan Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

[Signature]