

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/774
Konu : Mal Alımı

03/04/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/04/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SEYYAR OKSİJEN TÜP BAŞLIĞI	ADET	60		
		TOPLAM			

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kaplıdır.

OKSİJEN MANOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (TÜP İÇİN)

- 1.Oksijen manometresinin gövdesi pirinç malzemedan mamul 40 mikron kaplı olmalıdır.
- 2.Su kabı kırılmaz polikarbon veya şeffaf makrolon malzemedan mamul en az 134 derecede otoklav edilebilir özellikte 400cc olmalıdır.
- 3.Manometre ayar skalası silinmez baskılı olmalı ve kullanıcı tarafından kolayca görülebilmelidir.
- 4.Oksijen debi ayar düğmesi paslanmaz çelikten iğne uçlu ve istenilen akışı kolaylıkla ayarlanabilir olmalıdır.
- 5.Su kabında maksimum ve minimum seviyesini gösteren işaretler olmalıdır.
- 6.Kapak üzerinde nemlendirilmiş oksijeni hastaya gidişini sağlayan bir uç bulunmalıdır.Bu uç hastanede kullanılmakta olan maske ve hortuma uygun olmalıdır.
- 7.Oksijen debi göstergesi 0-15 lt olmalıdır
- 8.Tüpe bağlantı rekoru $\frac{3}{4}$ olmalıdır.
- 9.Tüp basıncını gösteren saat 0-300 olmalıdır.
- 10.CE 0476 belgesi olmalıdır.
- 11.Oksijen flowmetresinin kalibrasyonu uygun olmalıdır.(+1-(-1)dak/lt)
- 12.Yüklenici firma hastane istediğinde numuneyi satınalma birimine gönderecektir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu