



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **8 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/04/2019 tarih ve saat 12:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALLEN ANAHTAR TAKIMI	ADET	1		
2	KARGA BURUN (İZOLELİ)	ADET	1		
3	İZOLELİ YAN KESKİ	ADET	1		
4	KOMBİNE PENSE	ADET	1		
5	AYARLI PENSE	ADET	1		
6	HASSAS TORNAVİDA SETİ	ADET	1		
7	MULTİMETRE	ADET	1		
8	LEHİM TABANCASI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 17ece0e4-cc74-4675-b6b2-13b1ccd4a6f5 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Hassas Torna Vida Seti Teknik Şartnamesi

1. En az 35 parça deęişilebilir uçları olacaktır.
2. Uçlar paslanmaz krom-çelik alaşımli olacaktır.
- 3.İçeriğinde düz,yıldız ve alyan torna vida uçları olacaktır.
4. İçeriğinde bir adet uzatma barı olacaktır.

Multimetre Teknik Şartnamesi

- 1- 600 V CAT III güvenlik oranı olmalıdır.
- 2- Ekran arka aydınlatmalı olmalıdır.
- 3- Gerilim , direnç , devamlılık , kapasitans ölçümü .
- 4- 10 A akıma kadar olan AC ve DC akım ölçümleri için giriş terminali olması.
- 5- Diyot testi yapabilir olması.
- 6- IP 40 standartlarında saha testlerine uygun , sağlam yapıda olmalıdır.
- 7- Cihaz IEC 61010-1 ,IEC 61010-2-030 CAT III 600 V , CAT II 1000 V ,IEC 61326-1 standartlarına uymalıdır.
- 8- Cihazın veri tutma özellięi olmalıdır.

Lehim Tabancası Şartnamesi

- 1- 100W gücünde Lehim tabancası içermelidir.
- 2- 230 Volt, 50 Hz şebekede çalışmalıdır.
- 3- Lehim teli, kesme ucu, düzleme ucu ile birlikte teslim edilmelidir.
- 4- Havya ucu temizleme taşı ile birlikte teslim edilmelidir.
- 5- 1 mm kalınlığında 100 gr lik lehim rulosu ve lehim pastası ayrıca teslim edilmelidir.
- 6- 1 adet lehim emici aparatı olmalıdır.

DOÇDR.YASİN BEYİMAZ
DOĞUBAYAZIT
Erdal ÇAVUENCI
Biyomedikal Sorumlusu

Allen Anahtar Takımı Teknik Şartnamesi

- 1- 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm ölçülerinde altı köşeli allen anahtarlar içermelidir.
- 2- Krom vanadyum malzemededen, Nikel kaplı olmalıdır.
- 3- TS ISO 2936 standardını sağlamalıdır.
- 4- Tüm takımı bir arada tutan ve taşınabilir aparatı olmalıdır.

Kargaburun(izoleli) Teknik Şartnamesi

TS 60/7, DIN/ISO 5745 normuna uygun, Krom-Vanadyum çeliğinden dövülerek imal edilmiş, ağızlar endüksiyonla sertleştirilmiş, krom kaplamalı ve izole saplı olacaktır.

İzoleli yan keski Teknik Şartnamesi

Krom-Vanadyum çeliğinden imal edilmiş, krom kaplamalı olacaktır. Ağızları yumuşak ve sert telleri kesecek özelliğe sahip olacaktır.

Kombine pense Teknik Şartnamesi

TS 11068 DIN ISO 5746 normuna uygun ,Krom-Vanadyum çeliğinden dövülerek imal edilmiş, kesici ağızlar endüksiyonla sertleştirilmiş, parlak krom kaplamalı izole saplı olacaktır.

Ayarlı Pense (Standart Tip) Teknik Şartnamesi

Ayarlı pensenin çeneleri krom Vanadium çeliğinden dövülerek imal edilmiş ayar civatalı ve kilit elemanlı olacak ve tek elle kullanılabilir ve krom kaplamalı olacaktır. Etinorm : Malzemenin Cinsi: Sip. Mik Ayarlı pense (Standart tip) 250 mm 2 Ad Ayarlı Pense (Special Tip) : Ayarlı pensenin çeneleri krom Vanadium çeliğinden dövülerek imal edilmiş, ayar civatalı, kilit elemanlı, tek elle kullanılabilir, nikel kaplamalı ve TSEK belgeli olacaktır Ayarlı pense (Special tip) 250mm 23 Ad Dış segman pensi (düz-eğri) : TS 60/A-B DIN 5254 normuna uygun yaylı, düz/eğri ve izole saplı olacaktır

DOÇDR. YAŞAR ERVİLMAZ
DOĞUBAYRAZLILIK HASTANESİ
Erdal ÇELİKÇİ
Biyomedikal Sorumlusu