

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 125  
Konu : Mal Alımı

12/04/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/04/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EKG KAĞIDI	METRE	1000		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

## EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Teklif edilen ürün, Philips Marka EKG cihazında kullanıma uygun orijinal ürün olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün, EKG cihazının termal yazıcı bölümüne zarar vermeyecek şekilde yüksek ısı hassasiyetine sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün, 210 cm eninde ve z katlama olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün, çekilen EKG lerin daha uzun süre saklanabilmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün paketlerinin her biri orijinal ambalaj içerisinde olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretim bilgileri, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi olmalıdır
7. Teklif veren firmanın üretici firmadan aldığı yetki belgesi bulunmalıdır.

**Fırat DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu



No. Patient ID ECG date Last name First name Date of birth

1 898989 08/03/2019 11:20:14 deneme 22/02/2009



PHILLIPS

REORDER # M2483A