



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 157
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 326

06.05.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.05.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SENSÖR KILAVUZ TEL NİTİNOL PTFE KAPLI		5	Adet		
2	AMPLATZ RENAL DİLATÖR SET 6-30 F		5	Adet		
3	KILAVUZ TEL ZEBRA TİP NİTİNOL 150 CM 0,038 İNÇ		5	Adet		
4	SPİRAL TAŞ ÇIKARMA FORSEPSİ NİTİNOL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)		5	Adet		
5	ÜRETER KATETERİ 6F		5	Adet		
6	ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 4 F 70CM		5	Adet		
7	ÜRETER KATETERİ AÇIK UÇLU 6 F 70CM		5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

**STONECONE NİTİROL SİRAL TAŞ ÇIKARMA ÜRÜNÜ
(STONE CONE 3 FRENCİ M CONE)**

Nitinol, gövde telin dış çapı 2 mm, uzunluğu 115cm, spiral kısmın dış çapı 7 veya 10 mm olmalıdır. 8 watt a kadar holmium lazerle dayanıklı olmalı, 5 cm'lik ucu filiform özellikte olmalıdır. Uç kısmı tel hareketliliğinin görülmesini mümkün kılan mavi-yeşil çizgili olmalıdır. Çıkarılıp tekrar takılabilen tutturucu mandalı olmalı.

Op. Dr. Bedreddin KALYENCI
Ağrı Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No 133779

Üreter Kateter / Axxcess Catheter (400-116)

6fr, 70cm ve açık uçlu olmalıdır. İlk 50 cm sinde her 1cm lik bölümlerde çizgi bulunmalıdır. Distal ucu ile gelmeli, proximal ucunda kontrast madde enjeksiyonu sağlayan adaptör olmalıdır. .038" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

Üreter Kateter / Open end 4fr (400-151)

C-Flex materyalinden yapılmış, 6fr, 70cm ve açık uçlu olmalıdır. Her steril paket .038' PTFE kaplı kılavuz tel ile gelmelidir.

Üreter Kateter / Flexima Ureteral Catheter Open end 4fr (400-200)

Flexima materyalinden yapılmış, 4fr, 70cm ve açık uçlu olmalıdır. Katlanmaz yüksek itme kabiliyeti bulunmalı, radyopak olmalıdır. Her kateter steril pakette enjeksiyon girişi ile gelmelidir.

Op. Dr. Bedrettin KALYENCI
Ağrı Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 133779

Sensor M006-670305-1

Gövdesi nitinolden yapılmış, ucuna 3cm lik esnek kısım eklenmiştir. Radyopaklaştırılmış olmalıdır.

PTFE kaplı .035", 150cm uzunluğunda, düz uçlu, 3cm'lik ucuna 5cm lik kısmı hidrofilik ve uç kısmı tungstenle kaplıdır.

Zebra M006-670114-1

Nitinol, kırılmayan, platin kaplıdır. Görülmesini mümkün kılmalıdır. .038", 150cm uzunluğunda, düz uçlu, 3cm lik ucuna 5cm lik kısmı hidrofilik ve uç kısmı tungstenle kaplıdır.

150cm uzunluğunda, düz uçlu, üzeri endoskopik görüntü altında tel hareketlerinin izlenmesi için mavimsiyahımsı beyaz çizgili, distal 60cm. sürtünmeyi azaltan Z-glide kaplıdır. 150cm uzunluğunda, düz uçlu, 3cm lik ucuna 5cm lik kısmı hidrofilik ve uç kısmı tungstenle kaplıdır.

Amplatz Renal Dilatasyon Sistemi M006-260100-0

Her kit : dış çapları 8fr, 10fr, 12fr, 14fr, 16fr, 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr ve 30fr olan, her biri 35cm uzunluğunda olan 2 adet dilatatör; 1 adet dış çapı 8fr, uzunluğu 70cm olan stylet ve 1 adet iç çapı 8fr uzunluğu 30cm olan radyopak, PTFE kılıf içermelidir.

M006-260100-0

12fr, 14fr, 16fr, 18fr, 20fr, 22fr, 24fr, 26fr, 28fr ve 30fr olan, 2 adet dilatatör; 1 adet dış çapı 8fr, uzunluğu 70cm olan stylet ve 1 adet iç çapı 8fr uzunluğu 30cm olan radyopak, PTFE kılıf içermelidir.

Op. Dr. Bedrettin KALYENCI
Ağrı Devlet Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No. 133779