

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/165
Konu : Mal Alımı Hk.

10/05/2019

Teklif Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birimine başvuran Mücahit AKIN için cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/05/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	4.5MM KANÜLLÜ VİDA	ADET	3		

**Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe**

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

4.5mm Cannulated Vida Teknik Şartnamesi

İmplantların üzerinde:

- a) İmalatçı firma adı veya amblemi,
 - b) İmalat seri numarası,
 - c) İmal edildiği ülke veya katalog numarası, yazılı olmalıdır
- Teklif edilecek sistem ile birlikte ISO 9001, CE, belgeler ibraz edilmelidir.
 - Teklif edilecek olan implantlar titanium malzemededen imal edilmiş olmalıdır.

4.5mm Kanüle Vidaların Teknik Özellikleri:

- 4.5mm kanüle vidalar tepleme gerektirmemelidir. Vidalar kısa yivli olmalıdır.. Vidalar 30mm ile 60mm arasında 2'şer mm artacak şekil de olmalıdır. 4.5mm kanüle vidalar titanium malzemededen imal edilmiş olmalıdır.

4.5mm Kanüle Vida İçin Pul Teknik Özellikleri:

- 4.5mm kanüle vidalar için kullanılacak pullar düz olmalıdır. Pul'un dış çapı 10mm, iç çapı 4.6mm olmalıdır.

4.5mm Kanüle Vida İçin Kılavuz Tel Teknik Özellikleri:

- 4.5mm kanüle vidalar için kullanılacak kılavuz tel 1.6mm çapında ve 180mm uzunluğunda olmalıdır.

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR


Uzm. Dr. Oktay POLAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Diy. No: 12502 Uzm. Tes. No: 134054
Eğri Devlet Hastanesi