

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/384
KONU : Teklife Davet

13/06/2019

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı EKG KAĞIDI Alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/06/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Kemalettin KORAN
İdari Ve Mali Hiz. Md.V.



Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	EKG KAĞIDI ALIMI	250	RULO		

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Mah.9 nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-EKG Kağıdı BLT-BIOLIGHT Marka ve E80 Model EKG cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-EKG kağıdı rulo şeklinde ve eni 210mm, boyu 30mt olmalıdır.
- 3-EKG kağıdı termal olmalı ve grafikler üzerinde net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
- 4-Kağıtta milimetrik kareler bulunmalıdır.
- 5-Kağıt ambalaj içinde ve bir plastik yada karton üzerine sarılı olmalıdır.
- 6-Raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

Güven ÇELİK
Taşınır Kayıt Yetkilisi



Kemalettin KORAN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

