



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 192
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 647

02.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.07.2019 saat: 09:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Burak ÇAPACI
Başhekim V.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7,5		3	Adet		
2	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 7.0		3	Adet		
3	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 6.0		3	Adet		
4	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 5.5		3	Adet		
5	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 5.0		3	Adet		
6	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 4.5		3	Adet		
7	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 4.0		3	Adet		
8	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 3.5		3	Adet		
9	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU NO: 3.0		3	Adet		
10	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 3.0		3	Adet		
11	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 3.5		3	Adet		
12	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 4.0		3	Adet		
13	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 4.5		3	Adet		
14	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 5.0		3	Adet		
15	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 5.5		3	Adet		
16	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 7.0		3	Adet		
17	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 6.0		3	Adet		
18	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONSUZ NO: 7.5	MKYS FİYATI BULUNAMADI	3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Pediatric ve Yetişkin Kafalı Trakeostomi Kanülü Teknik Şartnamesi

1. Trakeostomi kanülü non-toksik sert PVC'den ve yuvarlak şekilli üretilmiş olmalıdır.
2. Trakeostomi kanülünün boyutları flanşın (tespit kanatları) üzerinde yazılı olmalıdır.
3. Trakeostomi kanülünü hasta konforu sağlamak amacı ile açılı ve stoma üzerinde boşluk yaratacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Kaf yapısı özel şekilli olup, trakeaya zarar vermeyen bir yapıya sahip olacaktır.
5. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalıdır.
6. 15 mm konnektörün iç çapı tüpün iç çapına uygun olmalıdır.
7. Paket içindeki tüm ürünler steril olmalıdır. Son kullanma tarihi, lot numarası ve ürün boyutları paket üzerinde bulunmalıdır.
8. Paketin içinde 1 adet trakeostomi kanülü, 1 adet obtüratör, ve 1 adet boyun sabitleme bandı bulunmalıdır.
9. Trakeostomi kanülünü 29 gün kullanıma uygun olmalı ve bu özellik kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
10. Trakeostomi kanülünün iç çapları 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 7.5, mm seçeneklerine sahip olmalıdır.
11. Herbir kanülden 3 er adet olmalıdır.

Uz Dr. Nuh KUMRU
Anestezi ve Reanimasyon Uz.
Dip. Tes. No: 0250-123456
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Murat BENZER
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No: 148 193
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Erhan GEZER
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Dip. Tes. No: 208040
Patnos Devlet Hastanesi

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER
Patnos Devlet Hastanesi

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ KAFSIZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stomaya girişi sağlayacak bir flanşı olmalıdır.
2. Üzerinde x-ray opak işareti olmalıdır.
3. Entübasyonu kolaylaştıran bir obtüratörü olmalıdır.
4. Trakeostomi tüpüne bağlı 15 mm'lik bir güvenlik konnektörü olmalıdır.
5. Ucu yumuşak ve uç kenarları konkav olmalıdır.
6. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
7. Üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
8. Değişik boylarda (3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6.0 - 7.0 - 7.5) istenilen miktarda temin edilebilmelidir.

Uz Dr. Nuh KUMRU
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 120257-123193
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Murat BENZİ
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 145
Patnos Devlet Hastanesi

Uzm. Dr. Ertan GEZER
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 208040
Patnos Devlet Hastanesi

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER
Patnos Devlet Hastanesi