



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 243
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID :

18.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	PULSE METRE/SPO2/SPCO CİHAZLARI,OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI MR UYUMLU MASA ÜSTÜ	MR UYUMLU PULSEOKSİMETRE CİHAZI	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

MR Uyumlu Pulse Oksimetre Cihazı Teknik Şartnamesi

- Sistem hasta konforunu bozmayan, ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır.
- Monitör ve parmak probu arasındaki veri aktarımı kablosuz olarak sağlanmalıdır.
- Monitör MR odası içerisinde istenilen yere yerleştirilebilmelidir.
- Monitör ve parmak probu MR uyumlu bataryaya sahip olmalıdır.
- Sistemin kontrolü dokunmatik ekranla sağlanmalıdır.
- Sistem alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir, sesli ve görsel olarak uyarı vermelidir.
- Sistem manyetik alandan etkilenmemelidir. MR görüntüsünde herhangi bir gürültü (artifakt) oluşturmamalıdır.
- Yetişkin ve pediatrik için özel problemleri bulunmalıdır.
- Sistem 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk onayına sahip olmalıdır.
- Sistemin oksijen saturasyonu ölçüm değerleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Ölçüm Aralığı: 35%-100%

Doğruluk: $\pm 2\%$ 80%-100%

$\pm 3\%$ 70%-79%

- Sistemin nabız ölçüm aralığı aşağıdaki değer aralığında olmalıdır.


Ölçüm Aralığı: 25-250 BPM

Doğruluk: ± 2 BPM

Rahim ALTUN
Anestezi Sorumlusu
Ağrı Devlet Hastanesi



Uz Dr. Mukenna ACAR



AĞRI DEVLETHASTANESİ - AĞRI DEVLET
HASTANESİ GELEN GİDEN EVRAK KAYIT BİRİMİ
04/07/2019 14:57 - 57212153-000-4545



00096759952