




T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 252
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 786

26.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI SINIF 6		100	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Buhar Sterilizasyonu Maruziyet Bandı Teknik Şartnamesi

- Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır,
- Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.
- Maruziyet sonrasında banttaki renk değişikliği ne olmalı, yoruma açık olmamalıdır.
- Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genişlemeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır,
- Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
- Bant halkasının içinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalı ve buhar için kullanılacağını belirten ibare bulunmalıdır.
- Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
- ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Vedat ÇELİK
M.S.Ü. Sorumlusu