

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü**  
**Taşlıçay Devlet Hastanesi**

SAYI : 2019/48  
KONU : Teklife Davet

31/07/2019

**Teklif Davet**

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 05.08.2019 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Güven SAFİ  
Başhekim

**Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)**

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Pos Açaacağı	Adet	50		
2	Feeding Sonda (No:6)	Adet	50		
3	Göbek Klempı	Adet	100		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 05.08.2019 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı  
Kaşe ve İmza

## FEEDİNG SONDA NO 6 ( YENİDOĞAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1) Enteral beslenme uygulamasında nazogastrik kullanım için uygun özellikleri olmalıdır.
- 2) Hastanın konforunu sağlayacak uygulama kolaylığı getirecek ve uzun süreli (20-25 gün) hiç değişmeden kullanımı sağlayacak şekilde non-toksik tıbbi PVC'den imal edilmiş olmalı, ikili giriş ( Y konektör) özelliği ile gerektiğinde farklı amaçlar için ( yıkama, ek ilaç takviyesi vb.) kullanılabilir.
- 3) Yenidoğan kullanımı için uygun özellikte olmalıdır. Uzunluğu belirten işareti olmalıdır. Tamamı radyopak olmalıdır.
- 4) Ürünün bitiminde , sondanın yutturulmasını kolaylaştıran ve mide lokalizasyonunu sağlayan bir ağırlık ünitesi rehber tel içermelidir.
- 5) Bolus üztünde, beslenme sıvısının sindirim sistemine akacağı delikler tıkanma riskini minimuma indirecek şekilde farklı lokalizasyonlarda ve birden fazla sayıda bulunmalı.
- 6) Su ile kayganlaşan (lubrikant) özelliği taşımalı.
- 7) Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

## POŞ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2) Amniotic membranı delebilecek keskinlikte olmalıdır.
- 3) Ucu çentikli ve 26 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 4) Paket üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve barkod numarası bulunmalıdır.
- 5) Etilen oksit ve steril edilmiş olmalı ve tekli pakette ambalajlanmış olmalıdır.
- 6) Ürünün teslim tarihindeki miadı en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
- 7) Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliye ürün barkod numarası , son kullanma tarihi, sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

## GÖBEK KLEMPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Göbek klemp kordonunun kolay kesilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.
- 2) Klemp, açılmayı önleyen güvenli kilit sistemine sahip olmalı.
- 3) Ürün, deri tahrişlerini önleyici, yuvarlatılmış kenarlara sahip olmalı.
- 4) Ürün, polioksimetilen ultraform hammaddesinde yapılmış olmalı.
- 5) Ürün, non-toksik olmalı, tekli ve steril ambalajlarda olmalı
- 6) Göbek klemp etilen oksitle steril edilmiş olmalı ve steril tarihi ve son kullanma tarihi ambalajlarda belirtilmelidir.
- 7) Ürün, miadının dolmasına 6 ay kala, miadı daha ileri tarih olan ürünler ile değiştirilmelidir.
- 8) UBB kaydı olmalıdır.
- 9) Malzeme fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.

  
Mertkan ACACCI  
Eczacı

  
Dr. Gürven SAFİ  
Taşlıcağ Değirlet Hastanesi  
Başhekim