



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
BAŞTABİBLİĞİNE

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **STERİL STRİP ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 19/08/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	STERİL STRİP ALIM İŞİ	ADET	300		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
NEBAHAT YİĞİT
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imza ile kontrolüne <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 8cc6356b-b09f-403a-adc9-8a449687135e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

STERİL STRİP TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün cerrahi insizyonlarda cilt kapatıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2. Ürün lateks içermeyen yumuşak poliüretan pedler ve polyester şeritlerde yapılmıştır.
3. Basınca duyarlı yapışkan içerir.
4. Şeritler içiçe geçmeli tasarımı ile insizyon uçlarını aynı hızda bir araya getirebilir ve cildin güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
5. Ürünün üze rinde kullanım ı kolaylaştıran, uygulam a sırasına g ö re num a ra la n dırılm ı ş kırm ızı-b e yaz-m a vi renk kodları bulunm alıdır.
6. A tra vma tik olarak u ygulanabilm eli, dikiş İzi kalm am alıdır.
7. K olayca çıkartılabilir, cildi tahriş etm em e li ve cilt ü ze rin d e kalıntı bırakm am alıdır.
- 8 . Etilen oksit ile steril e dilmiş olmalıdır.
9. R af öm rü üretim ta rih in d e n itibaren 3 yıl olmalıdır.
10. N orm al oda şa rta rın d a fazla ısıdan ve nem den uzakta saklanmalıdır.
11. B oyutu 6 m m x100 m m olmalıdır.

12. Şe taf olmalıdır.

Dr. Erdem Özdemir

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yaşar Emel Hastanesi
Op. Dr. Erdem ÖZDEMİR
Kardiyoloji ve Endokrinoloji
Göğüs Hastalıkları

Dr. Mehmet Mustafa
Kardiyoloji