



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 281
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 902

22.08.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.08.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUĞAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ALÇI MAKASI	ALÇI KESME MAKASI	4	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

CERRAHİ ALETLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1.1. Aletler genel özellikleri içerisinde belirtilmediği sürece paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 1.2. Aletlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 1.3. Aletler her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyon testinde dayanıklı olmalıdır.
- 1.4. Cerrahi aletlerin kullanım süresi içerisinde gazlı kuru veya buharlı sterilizasyona uygunluğu garanti edilmelidir.
- 1.5. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası, markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- 1.6. Aletler yeni ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- 1.7. Cerrahi aletler ve cihazların hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır. Fakat cihaz ve aletlerin genel özellikleri ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde, daha üstün özellikler taşıyan yeni veya değişik versiyonunu ve boyutu \pm %10 farklı aletler de teklif edilebilir.
- 1.8. Aletlerin eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır.
- 1.9. Aletlerin ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
- 1.10. Kilit mekanizması olan aletlerde kilitleme sorunu yaşanmamalıdır.
- 1.11. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle kırılmamalıdır.
- 1.12. Teklif sahipleri, cerrahi aletlerin, şartname sırasına göre ürün adı, katalog numarası, teklif edilen marka ve katalog sayfa numarasını belirtir liste halinde cevap vereceklerdir.
- 1.13. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
- 1.14 Cerrahi aletlerde set bütünlüğü bozulmayacaktır. Tüm liste aynı marka altında verilecektir.
- 1.15 Üreticinin HİZMET YETERLİLİK BELGESİ, CE BELGESİ, MARKA TESCİL BELGESİ, FAALİYET BELGESİ, (TS 3549, TS 2535, TS 5172, TS 2756, TS EN 1441, TS 140TS EN980, TS3948, TS 5762, TS 4170, TS 3548, TS 3753, TS 5122, TS 3947, TS 5537, TS 3944, TS 3946 TS 138) STANDARTLARINA UYGUN OLMALI VE BELGELENDİRİLMELİDİR.
- 1.16 Cerrahi aletler ÜTS(Ürün Takip Sistemine) Kayıtlı olacaktır.
- 1.17 Aşağıda verilen kodlar KARAOĞLU CERRAHİ ALETLER Kataloğundan olup emsal teşkil etsin diye verilmiştir. Farklı bir firma teklif verebilir.
- 1.18 TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİF SAATİNDEN EN AZ 1 SAAT ÖNCE NUMUNE GETİRİP UYGUNLUK ALMAK ZORUNDADIRLAR. UYGUNLUK ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

Sıra no	Birimi	Ürün Adı
1	KE404.18	ALÇI KESME MAKASI

Opr.Dr. Cengiz KAZDAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Uzm. Tıp. No: 184242
Ağrı Devlet Hastanesi