



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
27/08/2019 15:03 - 68917221 - 949 - E.1309



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/09/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ACTOSED FORTE READY ENDOSKOPI ALET DEZENFEKTAN	LİTRE	150		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı yolu üzeri 5.km

Telefon: Faks No: 04723125447

e-Posta: anil.bintepe@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden c472bf3f-4637-4c43-8587-e146236009a8 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Anıl BİNTEPE

SAĞLIK TEKNİKERİ

Telefon No: (0 472) 312 60 47

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

ACTOSED FORTE READY ENDOSKOPİ ALET DEZENFEKTAN TEKNİKŞARTNAME

- %2 Gluteraldehit içermelidir.
- Kullanıma hazır ürün olmalıdır.
- Mükemmel materyal uyumluluğuna sahip olmalıdır.
- Endoskopik aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır.
- Yüksek düzey dezenfeksiyon sağlamalıdır.
- Sporosidal etkili olmalıdır.
- Etki süresi 15 dakika olmalıdır.
- Hazırlanan solüsyon 15 gün kullanılabilir olmalıdır.
- Manuel ve endoskopik yıkama makinelerinde kullanılabilir olmalıdır.

Sporosid ve sterilizan etkili yüksek düzey tıbbi alet ve endoskop dezenfektanı olmalıdır. Korozyon önleyiciler içermelidir. Aktive edilmiş % 2 gluteraldehit içermelidir. Aktivasyon gerektirmemelidir. Wolf, Storz, Fuji, Pentax, Olympus marka endoskoplarda kullanılmış olmalıdır., tıbbi ve cerrahi aletler, MIC cerrahi aletleri dahil, endoskoplara, anestezi malzemeleri, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler, alet dezenfeksiyon kuvvetlerinde, ultrasonik yıkama makinelerinde, manuel ve endoskopik makinelerde kullanıma uygun olmalıdır

Sulandırılmamalıdır.

100 g içeriği

%2 Gluteraldehit, korozyon inhibitörleri, yardımcı maddeler

Bakterisid (M.terrae), sporosid, fungusid, virüs (HBV/HCV, HIV) etkili olmalıdır.

5 Litre Bidonlarda olmalıdır.

Güler UGAR

Endoskopi Sorum. Hemşire

