



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
02/09/2019 13:43 - 68917221 - 949 - E.1324



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SİTRİK ASİT** ALIMI İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/09/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SİTRİK ASİT	LİTRE	200		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 4c8e85b2-2583-4cf0-b3d9-24b45a7e7120 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

**SİTRİK ASİK HEMODİYALİZ CİHAZLARI DEZENFEKTANİ ŞARTNAMESİ**

1. Ürünlerin, Fresenius ve gambro marka hemodiyaliz cihazlarının iç dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalı
2. Ünitenin istediği doğrultusunda gambro marka hemodiyaliz cihazları için %50 sitrik asit ve fresenius marka hemodiyaliz cihazları için %21 sitrik asit içeren dezenfektan teslim edilecektir.
3. Ürün, volümetrik karıştırma prensibi ile çalışan hemodiyaliz cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Ürün, %21 Ve %50 sitrik Asit, %2,5 Laktik Asit, %2,5 Malik asit Ve %100 Ro su içermelidir.
5. Ürün cihazın entegre dezenfeksiyon programında kullanılabilir ve dezenfeksiyon pipetinden otomatik olarak çekilebilmelidir.
6. Ürün ambalajı, 5 litrelik bidonlarda ve kilitli kapaklı olmalıdır.
7. Ürünün ambalajının üzerindeki etiket, Türkçe olmalı ve CE standartlarına uygun etiketlenmiş olmalıdır. Ürün imal ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
8. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Bakterisid (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae) ve Fungusid (Candida Albicans) etkili olmalıdır. Firma bunu kanıtladığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.
9. Ürün, 56C ısı dezenfeksiyonunda, 15 dakikada Virüs (Poliovirüs, Adenoid 75, Human AdenoVirüs 5, HiV, H BV, HCV) etkili olmalıdır.
10. 56C ve 37C dezenfeksiyonunda, kan artıkları ve kalsiyum karbonat kalıntılarını parçalamalıdır.
11. Ürünün TSE belgesi olmalıdır.
12. Ürün, berrak ve akışkan olmalı, kendine has kokulu olmamalı, içinde tortu bulunmamalıdır.
13. Ürün, 15-20 C derece sıcaklıkta ve gölgede kullanım süresi en az iki yıl olmalıdır.
14. Ürünün istenildiği takdirde, Ürün Güvenlik Bilgi Formu firma tarafından verilmelidir.
15. Ürün numuneleri ve gerekli olan belgeler, ürünü talep eden bölüm tarafından incelenmiş ve uygunluğu onaylanmış olmalıdır. Numune getirmeyen firmalar, ihale dışı bırakılacaktır.
16. Firma, ürünün son kullanma tarihinden önce, depolama sırasında oluşan tortu, renk değişimi, kıvamında yoğunlaşma vb. durumlarında yenileri ile değiştirmelidir.

Gizem AYCAN.  
Hemodiyaliz Hem

