



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 294
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 966

06.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.09.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ ATIK KUTULARI	KESİCİ-DELİCİ ATIK KUTUSU (5-8) LİTRE	1.000	Adet		
2	TIBBİ ATIK KUTULARI KESİCİ-DELİCİ ATIK KUTUSU (1-1,5) LİTRE	KESİCİ-DELİCİ ATIK KUTUSU (1-1,5)LİTRE	1.000	Adet		
3	KİMYASAL ATIK POŞETİ	TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA POŞETİ RULO (10 ADET)	50	Rulo		
4	TEHLİKELİ ATIK BİDONU	120 LİTRE	5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alımı Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

KESİCİ-DELİCİ
TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
(5 LİTRE)

1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçları olacaktır.
8. iç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. iç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 5-8lt arası muhtelif olmalıdır
12. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.

A. Nazime SAÇIKAYA
AS

KESİCİ VE DELİCİ ALET TIBBİ ATIK KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(1-1,5 LİTRE)

1. Malzeme kova, kapak ve kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.
2. Malzeme plastik olacak ve kullanılan plastik polipropilen maddesinden olacaktır.
3. Tıbbi atık kutusu delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz olacaktır.
4. Tıbbi atık kutusunun kapak rengi kırmızı, gövde rengi sarı olacaktır.
5. Tıbbi atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olacaktır.
6. Tıbbi atık kutusunun kapağı üzerinde kilitli bir küçük kapak daha olacaktır.
7. Tıbbi atık kutusunun taşınmasını kolaylaştırmak için kapağın iki tarafında kendinden tutamaçları olacaktır.
8. İç kapak kapatıldığında kesinlikle açılmayacaktır.
9. İç kapakta iğneleri, bisturi uçlarının ve diğer enfekte olmuş aletlerin çıkartılabileceği tırnak olmalıdır.
10. Tıbbi atık kutusunun üst kapağında ve gövde yüzeyinde tıbbi atık (UKA) sembolü olarak bulunmalıdır.
11. Tıbbi atık kutusunun hacmi 1-1,5 lt arası muhtelif olmalıdır
12. Malzemeler yer kaplamaması için iç içe geçmiş olarak kolilerde bulunmalıdır.

A. Nazik SARAKAYA



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Devlet Hastanesi

TEHLİKELİ ATIK TOPLAMA POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Tehlikeli atık poşetinin çift kat , kalınlığı en az 150 mikron olmalıdır.
- 2-Orta yoğunluklu LDPE malzemeden en az 2 (iki) katlı olacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 3-Kolaylıkla taşınabilir olmalıdır. Taşıma esnasında maruz kaldığı etkiden kaynaklanacak yırtılma, delinme, patlamaya karşı dirençli olmalıdır.
- 4-Poşet; çift tabanlı, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.
- 5-Poşetler sarı renkte olmalıdır.
- 6-Poşetler 80 cm eninde 110 cm boyunda olmalıdır.
- 7-Poşet üzerinde atık mevzuatına uygun olacak şekilde bir yüzünde Uluslar Arası Tehlikeli Atık Amblemi ve DİKKAT TEHLİKELİ ATIK ibaresi kolaylıkla çıkmayacak şekilde bulunmalıdır.
- 8-1(bir) adet rulo 1000-1100 gr arasında olmalı ve 1(bir) ruloda 10 (on) adet poşet bulunmalıdır.
- 9-Ürün 2016 yılında üretilmiş olmalı ve 3 (üç) yıl süre ile kullanılmadan beklemeli ve özelliğini kaybetmemelidir.
- 10-Firma ürünü değerlendirmek için 10 (on) adet numune gönderecek, gelen numuneler test edilecek değerlendirilecek, değerlendirme sonucuna göre uygun olduğu takdirde alım yapılacaktır.
- 11-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk, yırtık olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 12-Ürün TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında üretilmiş olmalıdır.
- 13-Yüklenici Firma poşet adedi kadar kendinden yapışkanlı atık üreticisinin adını, atık kodunu ve depolama tarihinin gösterileceği Tehlikeli Atık etiketi temin edecektir.

A.Nazik SARIKAYA





