



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
02/09/2019 13:54 - 68917221 - 949 - E.1323
00100391106

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ CİHAZI İÇİN ODA KURŞUNLAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/09/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ CİHAZI İÇİN ODA KURŞUNLAMA HİZMETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 2ce7ef9b-079c-42b6-acf8-ef82e4949561 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

DR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

KEMİK MİNERAL DENSİTOMETRİ CİHAZI ODASININ RADYASYON GÜVENLİĞİ GEREĞİ KURŞUN KAPLAMASI İŞİ ŞARTNAMESİ

KONU: Kemik mineral dansitometri cihazı odasının TAEK Radyasyon Güvenliği standartları gereği kurşun kaplama yapılması işi şartnamesidir.

1-kemik mineral dansitometri cihazı odası yerden 2mt. Yüksekliğe kadar 1 mm Kalınlıkta kurşun plaka ile döşenecek ve aynı şekilde mevcut oda giriş kapısı 1mm Kurşun plaka ile izole edilecektir.

2- kapının değişmesi halinde kasası ile beraber yenisi ile değiştirilerek izole edilmiş olarak yerine takılacaktır.

3- kurşun kaplamada kullanılacak kurşun plakalar en az %99.50 saflıkta ve yırtık delik olmayacak ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Kurşun plakalar için KOSGEB analiz raporu ve TSE belgesi verilecektir.

4- kurşun levhaların üzeri alçıpan levhalar ile tavana kadar kaplama yapılacak olup alçıpan üzeri alçı çekilerek idarenin seçtiği renge boyanacaktır.

5-kemik mineral dansitometri odası havalandırması duvar tipi kapaklı emiş aspiratörü ile takılacak, aspiratör en az saatte 1000 m3 emiş yapabilecektir. Röntgen odası emiş havalandırması yerden en fazla 30 cm. yüksekliğe konulacaktır.

6- oda bina ortasında veya toprak seviyesi altında olması halinde havalandırma kanal tipi emiş aspiratörü ile yapılacaktır.

7- cihaz için gerekli olan 4x6 lık enerji kablosu mevcut kat veya ana panodan cihaz odasına kadar kablo kanalı içerisinde çekilecek.

8- yapılacak olan iş Radyasyon güvenliği işi olduğu için teklif veren firmaların Radyasyon Güvenliği standartları gereği kurşun kaplama işi yaptığına dair ISO-90001 2008 belgesi ve iş deneyim belgesi olacaktır.


9- yüklenici TAEK tarafından lisans incelemesi sırasında eksik veya kusurların olması halinde eksik veya kusurları gidereceğine dair yazılı taahhütname verecektir.

10- teklif verecek firmalar yapılacak olan işi yerinde görececek ve yeri gördüğüne dair yer gördü belgesi teklif ek ine ilave edilecektir. Tutanak alınmakla beraber ölçü sorumluluğu tamamen teklif veren firma sorumluluğunda olacaktır.

11- kemik mineral dansitometre cihazının ve odasının Türkiye Atom Enerjisi kullanım işletme lisans alınması işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak olup, ödenmesi gereken ücretler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

12- şartnamede istenilen belgeleri veremeyen ve yer gördü belgesi almayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- kemik mineral dansitometri cihazı ile çekim konsolu arasında yüksekliği 2 metre ve genişliği 1.5 metre olacak şekilde , 2mm kalınlıkta kurşun kaplamalı paravan yapılması. Paravanın içinde hastayı görebilmek için 30x35 cm boyutunda kalınlığı 2mm kurşun ile kaplı cam bölme yapılacaktır.

Radyoloji Teknikeri
Sinan KIRINLIK


KEMİK MINERAL DENSİTOMETRİ

CIHAZI
ODASI

