



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **RVG CİHAZI ODASI KURŞUNLAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale, Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **12/09/2019** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	RVG CİHAZI ODASI KURŞUNLAMA HİZMETİ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 44852249-d801-4c23-83c8-4d720b02b10b kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

DR YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ

RVG CİHAZI ODASININ RADYASYON GÜVENLİĞİ GEREĞİ KURŞUN KAPLAMASI İŞİ ŞARTNAMESİ

KONU: RVG cihazı odasının TAEK Radyasyon Güvenliği standartları gereği kurşun kaplama yapılması işi şartnamesidir.

- 1- RVG cihazı odası yerden 2mt. Yüksekliğe kadar 1 mm Kalınlıkta kurşun plaka ile döşenecek ve aynı şekilde mevcut oda giriş kapısı 1mm Kurşun plaka ile izole edilecektir.
- 2- kapının değişmesi halinde kasası ile beraber yenisi ile değiştirilerek izole edilmiş olarak yerine takılacaktır.
- 3- kurşun kaplamada kullanılacak kurşun plakalar en az %99.50 saflıkta ve yırtık delik olmayacak ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Kurşun plakalar için KOSGEB analiz raporu ve TSE belgesi verilecektir.
- 4- kurşun levhaların üzeri alçıpan levhalar ile tavana kadar kaplama yapılacak olup alçıpan üzeri alçı çekilerek idarenin seçtiği renge boyanacaktır.
- 5- RVG odası havalandırması duvar tipi kapaklı emiş aspiratörü ile takılacak, aspiratör en az saatte 1000 m3 emiş yapabilecektir. Röntgen odası emiş havalandırması yerden en fazla 30 cm. yüksekliğe konulacaktır.
- 6- oda bina ortasında veya toprak seviyesi altında olması halinde havalandırma kanal tipi emiş aspiratörü ile yapılacaktır.
- 7- cihaz için gerekli olan 4x6 lik enerji kablosu mevcut kat veya ana panodan cihaz odasına kadar kablo kanalı içerisinde çekilecek.
- 8- yapılacak olan iş Radyasyon güvenliği işi olduğu için teklif veren firmaların Radyasyon Güvenliği standartları gereği kurşun kaplama işi yaptığına dair ISO-90001 2008 belgesi ve iş deneyim belgesi olacaktır.
- 9- yüklenici TAEK tarafından lisans incelemesi sırasında eksik veya kusurların olması halinde eksik veya kusurları gidereceğine dair yazılı taahhütname verecektir.
- 10- teklif verecek firmalar yapılacak olan işi yerinde görecektir ve yeri gördüğüne dair yer gördü belgesi teklif ek ine ilave edilecektir. Tutanak alınmakla beraber ölçü sorumluluğu tamamen teklif veren firma sorumluluğunda olacaktır.
- 11- RVG cihazının ve odasının Türkiye Atom Enerjisi kullanım işletme lisans alınması işlemleri yüklenici firma tarafından yapılacak olup, ödenmesi gereken ücretler yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 12- şartnamede istenilen belgeleri veremeyen ve yer gördü belgesi almayan firma teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 13- RVG cihazı ile çekim konsolu arasında yüksekliği 2 metre ve genişliği 1.5 metre olacak şekilde, 2mm kalınlıkta kurşun kaplamalı paravan yapılması. Paravanın içinde hastayı görebilmek için 30x35 cm boyutunda kalınlığı 2mm kurşun ile kaplı cam bölme yapılacaktır.

Radyoloji Teknikeri
Sinan KIRINIL
SUN

RV6 ODASI

— 2,75 m —

— 4.10 m —

yükseltilik
3m

KAPI