T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/555 13/09/2019
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı OKSİJEN FLOWMETRESİ ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/09/2019 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari Ve Mali Hiz.Md.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam
1	OKSİJEN FLOWMETRESİ ALIMI	20	ADET		

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Bilgi için: Adres: Göl Mah.9 nolu küme evler no:3/Diyadin / AĞRI : Tel : 0 472 511 24 76
Faks : 0 472 511 27 36 e-mail : diyadindh@gmail.com

TC
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlk Müdürlüğü
Diyadin Devlet Hastanesi

Oksijen Flowmetresi teknik şartnamesi

1.Her türlü yatakbaşı ünitesi, pendant sistemi ve prizli yüksek basınç regülatörlerine uyumlu olmalıdır.

2. Rekor kısımlarımdan sızdırmamalı sızdırmazlık testi yapılabilinmeli

3. Ağırlığı kutu hariç 300 grdan aşağı düşmemeli ve üstü olmalı

4.Kullanılan malzeme düşmeye ve darbelere dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.

5. çalışma aralığı 0-15lt/dk minimumda verebilmelidir.

6. üzerinde çalışma basınç ve değerleri yazılmış olmalıdır.

7. O2 gazının debisinin ayarlanıp nemlendirilerek hastaya verilmesini sağlayan aksesuar parçaları bulunmalıdır.

8. ürünler CE ve İSO standardına uygun üretilmiş olmalı ve gerektiğinde belgeler sunulmalı

9 . arıza durumunda 6 ay garantili olmalıdır.

10. ..... norm olmalı ve numune görülecektir numunesiz fiyatlar dikkate alınmayacaktır.