

İŞINLI DOLGU CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Cihaz LED ışıklı olmalıdır.
2. Cihaz Kablosuz olarak çalışmalıdır.
3. Cihazda Zaman ayar düğmesi ve başlama/durdurma düğmesi olmalıdır.
4. Cihazın açılı fiber optik ucu olmalıdır.
5. Pilin gücü en düşük değere geldiğinde devamlı olarak görsel veya işitsel bir ses kullanıcıyı uyarmalıdır.
6. Çalışma panelini açmak için Zaman ayar veya açma kapama düğmesine basıldığında, dijital göstergé ilk olarak önceki çalışma devresinde ayarlanmış polimerizasyon süresini göstermelidir.
7. Soğutma gerektirmeyen LED sistemli olmalıdır. Özel bir kendinden soğutma sistemiyle üretilmiş olmalıdır.
8. İstenilen polimerasyon süresini ayarlamak için göstergenin üzerindeki tuş istenilen numara seçilene kadar cihaz üzerindeki düğmeden ayarlanmalıdır.(5-10-15-20 sn)
9. Cihazın şarj adaptörü olmalıdır.
10. Her cihazın yanında 1 adet yedek fiber optik ucuve 1 adet led ampul 1 adet yedek pil verilmelidir. Bunlar cihazla uyumlu olmalıdır.
11. Cihaz Pilinin garantisi en az 2 yıl olmalıdır.
12. CE belgesi olmalıdır.
13. Göz koruma plakası olmalıdır.
14. Cihazın ağırlığı 145 gr dan fazla olmamalıdır.
15. Güç girişi AC 100V -240V50/60HZ olmalıdır.

İsmail KAYA
[Signature]

Ahmet ERGÜN
[Signature]

Atilla ÇİFTÇİ
Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi