

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2019/62
KONU : Teklife Davet

01/10/2019

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 04.10.2019 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Güven SAĞI
Başhekim

Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Sedimentasyon	Tüp	100		

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 04.10.2019 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

- 1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.
- 2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.
- 3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
- 4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.
- 5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

A. KONU:Ağrı Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi Laboratuvarında “**Sedimentasyon Testinin**” yapılabilmesi için gerekli olan sedimentasyon tüpü teknik şartnamesidir.

B. SEDİMENTASYON TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ:

1. Alımı yapılacak olan sedimentasyon tüplerinin sayısı:

No	SUT Kodu	Tetkik Adı	Test Miktarı
1	903.400	Sedimentasyon	100 adet tüp

2. Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, LOT numarası belirtilmiş olmalıdır.
3. Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
4. Satın alınacak sedimentasyon tüpleri;sitratlolu olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir. Ayrıca cam malzemeden yapılmış olup, orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
5. Teklif edilen sedimentasyontüplerinin manuel kullanımına uygun 1 (bir) adet sedimentasyon sehпасı ücretsiz olarak verilmelidir.
6. Tüpler, steril, vakumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaretler olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır. Tüplerin vakumlarında herhangi bir sorun olduğunda yüklenici tarafından derhal yenileri ile değiştirilecektir.
7. Tüplerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
8. Tüp kapakları vakumlu sistemle çalışmaya uygun olmalıdır ve vakum özelliği en az 1 yıl değişmemelidir. Vakum problemi olan tüpler,derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
9. Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
10. Tüplerin uygunluğu biyokimya uzmanı tarafından denenip onaylanacaktır.
11. Hatalı sonuçlara neden olduğu kanıtlanan veya üretim hatası olan tüpler, derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
12. Laboratuvar malzemelerin teslim alınmadan önceki transport, kötü koşullarda saklanma, fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.Kullanım sırasında fark edilecek olan bu tür sorunlarda malzemeler derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
13. Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine” uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

Dr. Güven SAFİ
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Başhekimisi

Ertugrul AKKUŞ
Laboratuvar Sorumlusu
Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi