T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 453 09.10.2019
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1122

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.10.2019 saat: 14:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mustafa Erkin SARSU
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ MONİTÖR ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	HASTABAŞI MONİTÖR BATARYA	1	Adet		
2	EKG KABLOSU NEEDLE UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 3.00 MM 3 LEAD	HASTABAŞI MONİTÖRÜN EKG KABLOSU	20	Adet		
				KDV Hariç Genel Toplam		

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -

MİNDRAY HASTABAŞI MONİTÖR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.batarya Mindray Beneview T8 cihazına uyumlu olmalıdır

2.Parça orijinal olmalı ve teslimat sırasında orijinal ambalajında olmalıdır.

3.parçanın üzerinde üretim tarihi ve son şarj tarihi olmalıdır.

4.parça raf ömrünü doldurmamış olmalı ve 2 aydan daha eski olmamalıdır.

5.parça cihazın şarj kartı ile uyumlu olmalıdır.

6.parça şarj edildikten sonra cihazı en az 90 dakika çalıştırmalıdır

7.Ürünün CE belgesi olmalıdır.

8.Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

9.parça 2 yıl garantili olmalıdır.

10.parça cihaza takılıp çalıştığı teyit edildikten sonra teslim alınacaktır.

Müfid KURUŞ

HASTABAŞI MONİTÖRÜ EKG KABLOSU ŞARTNAMESİ

1.EKG kablosu hastanemizde kullanılan monitörlerle uyumlu olmalıdır.

2.EKG kablosu yuvarlak girişli ve 12 pinli olmalıdır.

3.EKG kablosu 3 leadli olmalıdır.

4.Lead uçları mandallı klips şeklinde olmalıdır.

5.EKG kablosunun blendaj veya şaseleme özelliği olmalıdır.

6.Lead uçlarında derivasyon isimleri yazılı olmalıdır.

7.Lead uçları renk kodlu olmalıdır.

8.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

9.Ürünün CE belgesi olmalıdır.

10.Ürünün T.C Sağlık Bakanlığı ve Ulusal bilgi bankası kaydı olması barkod numarasının yazılı olması gerekmektedir.

Müfid Karaş