



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet 22 F

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ AMELİYATI (OSMAN GÜNHAN) İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 14/10/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır.  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdür V.

| SIRA NO | MALZEME ADI      | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM TUTAR |
|---------|------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | FEMORAL STEM     | ADET  | 1      |             |              |
| 2       | ACETABULAR LİNER | ADET  | 1      |             |              |
| 3       | FEMORAL HEAD     | ADET  | 1      |             |              |
| 4       | ACETAVULAR CUP   | ADET  | 1      |             |              |
| 5       | TIKAÇ            | ADET  | 1      |             |              |

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
OLUR

e-imzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 12) Firma UBB ve SUT kodlarını teklif üzerinde belirtmelidir. Belirtmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Ayrıca UBB ve SUT kodları hatalı olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 0472 312 54 47 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 614a0c7b-6d05-4c7f-8974-41405d262c0d kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## TOTAL KALÇA PROTEZİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Acetabular komponent TiAl6V4 veya CrCo Porous üzeri HA kaplı olmalıdır. Porous kaplama 180 micron mertebesinde üzerine uygulanan HA kaplaması da 80-120 micron mertebeleri arasında olmalıdır.
2. Acetabular cup vidaları 6,5mm çapında titanyum materyalinden üretilmiş olmalı ve vidalar self-tapping özelliğine sahip olmalıdır.
3. Acetabular cup vidaları 15 mm ile 60 mm arasında 5 mm.lik aralıklarla artan boylarda olmalıdır.
4. Acetabular cup insertleri (UHMWPE) 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36mm'lik headlerle kullanılabilir ve nötral 10 derece ve 20 derece ofset opsiyonlara sahip olmalıdır.
5. Acetabular cup insertleri (Seramik) 32mm ve 36mm'lik BIOLOX DELTA seramik headlerle kullanılabilir.
6. Acetabular cup insertleri BIOLOX Delta Seramik özelliği taşımalıdır.
7. Acetabular cup press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
8. Acetabular cupu sabitlemek için üzerinde kapalı bulunan ve gerektiğinde açılabilen 3 adet vida deliği olmalıdır.
9. Acetabular cup seramik liner ve polietilen liner ile kullanılabilir.
10. Acetabular komponentler çevresindeki oval çıkıntılar sayesinde rotasyon önleyici özelliğe sahip olmalıdır.
11. Acetabular component çakıcıları acetabulum içerisinde rotasyonu ayarlayabilir.
12. Acetabular component 38mm'den başlayıp 66mm.'ye kadar 2'şer büyüyen boylarda olmalıdır.
13. Polietilen insertler 0 derece, 10 derece ve 20 derece offset opsiyonlarına sahip olmalıdır.
14. Femoral komponentin yakalıklı ve yakalıksız seçenekleri bulunmalıdır.
15. Femoral component CoCr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
16. Femoral komponentin 9mm.ile 16 mm arasında 1mm.lik skalalarla büyüyen boyları bulunmalıdır.
17. Diz plazik kalçalar için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
18. Femoral komponentler cementli (cemented) ve cementsiz (cementless) kullanıma uygun olmalıdır.
19. Cementsiz femoral komponentler 2/3'ü porous üzeri HA kaplamalı olmalı ve press-fit özelliğe sahip olmalıdır.
20. Femoral komponentin proksimal kısmı köşeli kesitli, distal kısmı ise yuvarlak kesitli olmalıdır.
21. Femoral stemin distal mermi uçu yuvarlatılmış olmalıdır.
22. Modüler ve hibrid kullanıma uygun olmalıdır.
23. Protezler gamma radyasyon ile steril edilmiş olmalıdır.

## TIKAÇ

24. Biyo emilebilir cementretractörler 3 ayrı çapta olmalıdır  
Ürünler PLGA dan yapılmış olmalıdır  
Ürün çimentoyu sızdırmamalı ve protez üstünde daha geniş bir alanda yayılımını sağlamalıdır.

Doç.Dr. Y. Akar  
Doç.Dr. E. Erkin  
Op.Dr. E. Erkin  
Op.Dr. E. Erkin  
Op.Dr. E. Erkin

**İSTEKLİ FİRMALAR İHALEDEN 1 SAAT ÖNCESİNDE MAZEMENİN ŞARTNAMEYE UYGUNLUK  
ALMALARINI GEREKMEKTEDİR UYGUNLUK ALMAYAN FİRMALARIN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI  
BIRAKILACAKTIR**