

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz İlçe Devlet Hastanesi

**LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İhale konusu Likit Oksijen Gazı, solunum yetersizliği olan hastalarda kullanılacak olup, verilecek gazdan doğabilecek her türlü komplikasyonlardan satıcı firma sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu belge ile taahhüt edecektir.
  2. Verilecek Likit Oksijen Gazı ithal ise ithal, dolum ve depolama izin belgesine, yerli ise üretim, dolum ve depolama izin belgesine sahip olacaktır. Belge Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş olacaktır. Ayrıca satıcının en az dağıtım izin belgesi olup, bu belge Sağlık Bakanlığına bağlı yetkili kurumlardan alınmış olacak ve belgelendirilecektir.
  3. Likit oksijen gazı en az %99,50 saflıkta, rutubetsiz, Türk Farmakopesine uygun olacaktır. Yüklenici her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijenin saflık yüzdesini gösterir uygunluk onaylı analiz sertifikasını hastane idaresine teslim edecektir.
  4. Likit oksijenin içerisinde toksik madde bulunmayacaktır.
  5. Oksijen Gazı talebi en geç 48 saat içerisinde yerine getirilecektir. Aksi halde her geçen gün cezai müeyyide uygulanacaktır. İhtiyaç telefon veya faksla bildirilecektir.
  6. Firma likit oksijen gazı alınlarında nakile çıkan tank la ilk likit oksijen gazı boşaltımını hastanelerimiz kriyojenik tankta yapacaktır.
  7. Firma kriyojenik tank ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda olumsuzluk giderilinceye kadar hastanenin oksijen gazı ihtiyacını karşılayacaktır.
  8. Kriyojenik likit oksijen tanklarının kurulacağı bölgeye tanklerin ulaşımı için devamlı açık tutulması, tankın muhafazası ve emniyet tedbirlerinin alınması hastane idaresince sağlanacaktır.
  9. Firma tarafından kurulacak olan likit oksijen tanklarının çevresi iki metre yüksekliğinde panel çit ile çevrilip kapı montajı yapılarak muhafaza altına alınacaktır. Dolum sırasında servis kapısı açık bırakılmayacak depolama sistemine veya aksesuarlarına yetkili personel hariç hiç kimse müdahale etmeyecektir.
  10. Likit oksijen gazı olağan üstü durumlar dışında mesai saatleri içerisinde getirilecektir. Dolum işlemi öncesinde ve sonrasında yapılacak tartım işlemlerini hastaneye görevlendirilecek bir personel eşlik edecek personelin tartım işlerine iştirakini satıcı firma sağlayacaktır tartım işlemleri belediyeye ait tartım cihazlarında veya SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ tarafından kontrolleri yapılan kantarlarda yapılacaktır.
- 1) Yüklenici firma: Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine min. 5000 kg kapasiteli 1 adet Likit oksijen tankı kuracaktır. Tankların kurulumu, sisteme bağlanması, bakım emri, yapılacak tüm testler ve güvenli bir şekilde yasal mevzuatına uygun bir şekilde kaldırılması sözleşme süresi boyunca yüklenici firmaya ait olacaktır.

DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HA...  
İrdal GEBENÇİ  
Biyomedikal Sorumlusu