



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 379
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1286

08.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TEL SERKLAJ 1.0 MM		20	Adet		
2	TEL SERKLAJ 0.8 MM		20	Adet		
3	TEL SERKLAJ 0.5 MM		20	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi tekliflere kapalıdır.

TV5620

SERKÜLAJ TELİ


1-TELLER KOLAYCA EĞİLİP ŞEKİL VERİLEBİLİR VE PASLANMAZ ÇELİK TEN OLMALIDIR.

2-TELLER 10 METRE BOYUNDA PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.

3-TÜM ÜRÜNLER UBB (ULUSAL BİLGİ BANKASI) KAYITLI OLMALIDIR.

4- MALZEMELERİN TAMAMI PASLANMAZ ÇELİK TEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARINA KARŞI İKİ (2) YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

5-TEL ÇAPLARI "0,5 , 0,8 , 1.0" MM OLMALIDIR.


Uzm. Dr. Özgür KAZDAL
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Uzm. Teşh. No: 134262
Ağrı Devlet Hastanesi