



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
13/11/2019 09:52 - 36472700-020-024



00105720983

SAYI :
KONU : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Mad.1

Sağlık Tesisimiz Diyaliz Ünitesinde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan Gambro Marka Diyaliz Cihazımıza Mal Alm. alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 18.11.2019 tarih ve saat 10:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr.Veli AĞGÜL
Başhekim

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	CLEAN CART A	400	ADET		
2	CLEAN CART C	400	ADET		
	KDV HARİC TOPLAM TUTAR				

NOT: Teknik Şartname 1 sayfadır

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- M.2 İdarence doğrudan temin usulü ile 18.11.2019 tarih ve saat 10:00 da Gambro Marka Diyaliz Cihazımıza Mal Alm. alım işine ait dokümanı oluşturulan bütün bageler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrulan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususların içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 18.11.2019. GÜNÜ SAAT 10.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç vellecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.8 .Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin asıllarında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.10 .Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL : 0 472 711 41 42/ DAH.1134

FAKS: 0 472 711 49 63

E-Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ



CLEAN KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CLEAN CART -A /Toz kartuş :400 Ad.

- 1.1.İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr.Sodyum Karbonat olmalıdır.
- 1.2.Kartuş'un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 1.3.PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 1.4.Kartuş şeklinde olmalı ve **Gambro** marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

2. CLEAN CART -C /Toz kartuş :400 Ad.

- 2.1.İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr.Strik asit olmalıdır.
- 2.2.Kartuş uç dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 2.3.PH 2 seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 2.4. Kartuş şeklinde olmalı ve **Gambro** marka hemodiyaliz cihazlarına uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

12.11.2019

Ergül YAMAN
Diyaliz Sorm Hemşiresi.

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Hemşiresi

Kübra ERGÜN
Diyaliz Hemşiresi