



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Başhekimliği



AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
13/11/2019 09:51 - 36472700-020-623



00105720797

SAYI :
KONU : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Mad.1 Sağlık Tesisimiz Diyaliz Ünitesinde Kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan Fresenius Marka Diyaliz Cihazımıza Mal Alm. alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesi kapsamında alınacak olup, Söz konusu hizmet için KDV Hariç birim ve toplam fiyatını 18.11.2019 tarih ve saat 11:00 a kadar/ 0472 711 4963 numaralı faks / satinalmaeleskirtdh@gmail.com mal adresine / posta yolu ile yada şahsen elden belirtilen adreslerden birine bırakmanız yada göndermeniz hususunu;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dr.Veli AĞGÜL
Başhekim

Sıra No	Malzeme Adı	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	AKTİF KARBON FİLTRESİ	1	ADET		
2	UV LAMBASI	1	ADET		
3	VEN MANDALI	1	ADET		
	KDV HARIC TOPLAM TUTAR				

NOT: Teknik Şartname 1 sayfadır

Firma/ Kurum
Kaşe / İmza

- M.2 İdarenizce doğrudan temin usulü ile 18.11.2019 tarih ve saat 11:00 da Fresenius Marka Diyaliz Cihazımıza Mal Alm. alım işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş,okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla tarafımızdan kabul edilmiştir.Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıda hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
- M.3 Eksik doldurulan üzerinde kazıntı ,silinti veya düzeltilme yapılan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.4 Teklifler en geç 18.11.2019. GÜNÜ SAAT 11.00 kadar 1 maddede yazılı bulunan adreslere gönderilmesi veya şahsen elden bırakılması gerekmektedir..
- M.5 Teklif Fiyatına işin sigortası,nakliyesi ve diğer tüm giderleri dahil edilecektir.
- M.6 Teklifler (Rakam ve Yazı ile) Kdv hariç veilecektir.
- M.7 Tekliflerinde tarih, imza ve kaşesi eksik görülen isteklinin teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.8 Faks veya Mail yolu ile gönderilen tekliflerin aslında İdaremiz Satınalma birimine ulaştırılacaktır.
- M.9 Teklifleri ile birlikte numune istenilmesi halinde numunesi olmayanın teklifi değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- M.10 Teklif edilen fiyatların geçerliliği (opsiyon) teklif tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün olacaktır.

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

TEL. : 0 472 711 41 42/ DAH.1114

FAKS. 0 472 711 49 63

E.Mail :satinalmaeleskirtdh@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

1 ADET AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Kömür bazlıdır
3. Yüksek gözenekliliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. İodine numarası en az 900 mg/g dir
7. en az % 90 1 8*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
11. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
12. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

1 ADET UV LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) UV lambasının balansı Savaş Balast olmalıdır. ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
- 2) UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
- 3) UV lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
- 4) UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
- 5) UV lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
- 6) UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
- 7) Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
- 8) Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
- 9) İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini
- 10) Dosyalarında sunmaları zorunludur.

1 ADET VENMANDALI

12.11/2019

Ergül YAMAN
Diyaliz Sorm

Kübra ERGÜN
Diyaliz Hemş

M.Nüri ÇETİN
Diyaliz Hemş