1.kalem

| | | |
|---|---|---|
| | **ÇOKLU PERFÜZYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ** | |

*SUT KODU:*

1. Adaptör en az 5 yollu bağlantı yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Toplam uzunluğu 30 – 50 cm olmalıdır.
3. Hatlar üzerinde klempler bulunmalıdır.
4. Bir taraftan erkek luerlock(en az 6adet), diğer taraftan da dişi luer lock(en az 1 adet) bağlantılara uygun olmalıdır.
5. Dişi luer locak a gelen hattın çapı erkek luerlocak a gelen hattın çapınının en az 2 katı olmalıdır.
6. Malzeme yumuşak materyalden imal edilmiş olmalı, böylece kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
7. Tekli steril paketlerde ve en az üç yıl kullanım süreli olmalıdır.

| İMZA | İMZA | İMZA |
|---|---|---|
| Uzm.Dr. Yalçın GÜNERHAN<br>Dip. Tes. No: 142929<br>Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.<br>Ağrı Devlet Hastanesi | Op. Dr. Emre KAYMAKCI<br>Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.<br>Dip. Tes. No: 166391<br>Ağrı Devlet Hastanesi | |

2-3'. kalem

FEMORAL VENÖZ CARPENTIER KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Açık kalp cerrahisinde femoral venden konularak her iki vena kavanın drenajının ayrı delikler aracılığıyla (two-stage) sağlanabilmesine olanak sağlayacak şekilde olmalıdır.
2. Kanülün 24/29 F ve 30/33 F boyutları olmalıdır.
3. Kanül 70-72 cm uzunlukta olmalıdır.
4. Kanül kırılmayı engelleyici spiral tel sarımlı olmalıdır.
5. Kanül dilatör ve guide içermelidir.
6. Kanülün uzunluk göstergeleri olmalıdır.
7. Tekli orijinal paket içinde steril olmalıdır.

Uzm. Dr. Yalçın GÜNERHAN
Dip. Tes. No. 132929
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre KAYMAKCI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No. 166391
Ağrı Devlet Hastanesi

4. kalem

# TESTERE GİGLİ, ÇELİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gigli tel testere paslanmaz çelikten imal edilmiş 40-45 cm boyunda olmalıdır.
2. Testere uçlarındaki delikler 4 mm çapında olmalı ve testereler kullanım sırasında kopmaması için kıvrılma ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Gigli testerenin uç kısımları pürüzsüz ve lehimli olmalıdır.
4. Telin her iki ucunda gigli sapının geçeceği halka olmalıdır.
5. Telin her iki ucundaki halkaya takılıp çıkartılabilen T şeklinde gigli sapı her bir tel için 2 adet verilmelidir.

Uzm.Dr. Yalçın GÜNERHAN
Dip. Tes. No. 132929
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre KAYMAKCI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No. 166391
Ağrı Devlet Hastanesi

5-6-733.kalem

INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Klavuz tel uzunluğu dilatötörün arka kısmından çıktığında damardan çıkmayacak uzunlukta olmalıdır.

2- İntraducer set hemostatik valfli kılıf, bir adet 18G iğne, 1 adet no:11 bistüri, 1 adet 3/0 düz iğneli keskin ipek sütür,bir adet 5 cc enjektör, bir adet kılıfa bağlı stopcocs, bir adet guidewire ve bir adet dilatatör içermelidir.

3- Dilatatör iç çapı ile uyumlu guidewire ile kullanılmalıdır.

4- İntraducer 5F,6F,7F çaplarında olmalıdır. İhtiyaç adetleri belirtilecektir.

5- Kılıf uzunluğu en az 11 cm. olmalı, dilatatör yeterli uzunlukta olmalıdır. Guidewire'in bir ucu "J" diğer ucu düz , her iki ucu fleksible olmalıdır. 18G iğne ile kullanılmalıdır.

6- Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarından kan sızmasını önleyecek özel bir valf mekanizması olmalıdır.

7- Damar içerisinde kıvrıldığı zaman ezilmemeli, şeklini yitirmemelidir.

8- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

9- Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır.

10-Kullanılan guidewire ucu atravmatik olmalı keskin uçlu olmamalıdır

Uzm.Dr. Yalçın GÜNERHAN
Dip. Tes. No. 132929
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Ağrı Devlet Hastanesi

Op. Dr. Emre KAYMAKCI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm.
Dip. Tes. No. 166391
Ağrı Devlet Hastanesi