



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 422  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1385

29.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SERUM ASKILIKLARI	5 AYAKLI SERUM ASKISI	120	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## SERUM ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Serum askısının gövdesi 40 -45 mm çapında , taşıyıcı borusu 30-35 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmelidir.
- 2-Serum askısı 2 adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu daire olarak şekillendirilmiş olmalıdır.
- 3-Serum askısının yüksekliği 1200-2000 cm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır.
- 4-Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır.
- 5-Ayak bölümünde 5 adet hareketli tekerlek bulunmalıdır.
- 6-Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır.
- 7-Üretici firmanın TSEVE ISO sertifikası olmalıdır.
- 8-Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığında onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 9- CihazTS3888 standardına uygun olup TSE belgeli olmalıdır.
- 10-Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
- 11-Kolay devrilmeyecek özellikte olmalıdır.
- 12-Serum askısı özellikle metal ayaklı olmalıdır.

Uzm. Dr. Yakup KALE  
Acil Tıp Uzmanı  
Dip Tes No: 149604  
Ağrı Devlet Hastanesi