



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 438  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1425

05.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.12.2019 saat: 09:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HOLMIUM / HO YAG LAZER TAŞ KIRMA PROBU FİBERİ 600 MİKRON	272 MİKRON FİBER	1	Adet		
2	HOLMIUM / HO YAG LAZER TAŞ KIRMA PROBU FİBERİ 230 MİKRON	550 MİKRON FİBER	1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

## LAZER FİBERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- LİSA LAZER marka sphinx sr cihaza uygun olmalıdır.
- Kullanılacak olan lazer fiberi orjinal parça olmalıdır. Muadil veya uyumlu olduğu iddia edilen probiar

kabul edilmeyecektir, istenildiği takdirde, yüklenici lazer fiberin üretici firmadan temin ettiğini

belgeleyecektir.

- Kullanılacak olan lazer fiberi 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
- Alınacak olan lazer fiberi ile cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma

Sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Orjinal kutusunda olmalıdır.
- Yetkili Kurum ve Kuruluşlara kayıtlı ilgili belgeler İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmaları 'Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar' yönetmeliği kapsamında bulunan ürünler için TITUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir.

Op.Dr.Salih MANAV  
Sicil no:132686  
Üroloji Uzmanı  
Ağrı Devlet Hastanesi

Finat DURAK  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal sorumlusu