



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 465
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1483

23.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.12.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SICAKLIK - NEM TAKİP ÖLÇÜM SİSTEMİ NEM ÖLÇÜM PROBU	ISI NEM ÖLÇER CİHAZI	5	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

ISI VE NEM ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.

2 CİHAZ LCD EKLAN OLMALIDIR

3 SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C + 50 C OLMALIDIR

4 SICAKLIK HASSASİYETİ (+ /- 0,1 C) OLMALI

5 NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %20 - %70 OLMALIDIR.

6 NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 1 OLMALIDIR

7 ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MİN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.

8 GÜÇ KAYNAĞI 1 X 1,5 V (AAA) PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.

9 EN AZ 30 GÜNLÜK HAFIZA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.

10 CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 10 SN OLMALIDIR

11 CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.

12 CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

✓ Dr. Mertde Yıldırım