



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SİRKÜLER STAPLER 29MM ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **3112/2019** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SİRKÜLER STAPLER 29 MM	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

SİRKÜLER STAPLER 29 MM

1. Ürün steril ambalajında olmalıdır.
 2. Stapler Dış Çapı 29mm olmalıdır.
 3. Stapler İç Lümen Çapı(Kesici Bıçak ölçüsü) 20mm olmalıdır.
 4. Stapler içerisinde 24 Adet titanyum zımba teli bulunmalıdır.
 5. Stapler zımba bacak yüksekliği maksimum4,8 mm Olmalıdır
 6. Stapler kapanma aralığı manüel el kontrollü , 1 mm - 2,5 mm olmalıdır.
 7. Zımba Telleri Titanyum Olmalıdır
 8. Anvil şaftında dairesel olarak çentik bulunmalıdır. Bu çentik rod-pliers aletinin anvili rahat ve sıkı kavraması için gereklidir.
 9. Steril Paket Üzerinde Son Kullanma Tarihi ve Üretim tarihi yazılı olmalıdır
 10. Son Kullanma Tarihi minimum BEŞ yıl olmalıdır
 11. Ürünün CE, ISO, Türkak kalite belgesi olmalıdır.
 - 13.Stapler; tutaç,çevirme kanadı,emniyet mandalı, eğri şaft ve ayrılabilir anvilden oluşmalıdır. Tutaç, çevirme kanadı, emniyet mandalı ve şaft birbirine monte edilmiş aynı steril paket içerisinde kullanıma hazır halde olmalıdır
 - 14.Dairesel iki sıralı titanyum zımba yerleştirerek bıçağı ile aradaki dokuyu kesip uç _ uca veya uç -yana anastomoz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
 15. Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattından güvenli biçimde zımba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için bir yapıya sahip olmalıdır.
 16. Staplerin çevirme kanadı üç buçuk tam turda açma ve kapama yapabilmelidir
 17. Ayrılabilir anvilin şaftı , kartuş içerisinde bulunan oluğa yerleştirmek sureti ile kapanabilmelidir
 18. Dokunun kaymasını engellemek için anvil kısmında purse-string çentiği bulunmalıdır
 19. Tutacın uç kısmında bulunan penceresinde , staplerin doku üzerinde tam olarak kapatıldığını gösteren bir indikatörü olmalıdır
 20. Anastomozun güvenliği açısından indikatör pencerede görülmediği takdirde stapler ateşleme yapmamalıdır
 21. Steril paketin içinde stapler ile birlikte delici bir trokar bulunmalı ve delici olan bu kısım istenildiği zaman çıkarılabilmelidir
 22. Staplerin tutacında istenmeyen ateşlemeyi engelleyecek emniyet mandalı bulunmalıdır.
 23. Rahat yerleştirip çıkarmak için anvil düşük profilli olmalıdır
 24. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde sabit kartuş bulunmalıdır.
- 25.teklif atacak firmalar teknik şartnamenin her bir maddesine yazılı uygunluk cevabı yazmalıdırlar
- 26.uhdesinde kalan firma ürünlerin teknik açıdan doğru anlatabilecek kapasiteye sahip olmalı ameliyat esnasında asistanlık yapabilmelidir.