



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 477
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1522

30.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.01.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	KDV Hariç Teklif	
					Fiyat	Tutar
1	GASTROSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	İĞNELİ-İĞNESİZ	10	Adet		
2	KOLONOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ OVAL DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	İĞNELİ-İĞNESİZ	10	Adet		
3	KOLONOSKOPİK BİYOPSİ FORSEPSİ JUMBO BOY DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)		5	Adet		
4	DÖNER BAŞLI FİLELİ SNARE 3X6CMX230	FİLELİ POLİP ÇIKARMA SNARE	7	Adet		
5	GASTROSTOMİ (PEG) DEĞİŞİM TÜPÜ PERKÜTAN ENDOSKOPİK NO:24	PEG SET (PULL TİP)	10	Adet		
6	ENDOSKOPİK KLİP ATICI (AÇIK CERRAHİ) BÜYÜK BOY 10 MM VE ÜZERİ	ENDOSKOPİK KLİP	5	Adet		
7	ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU	BAND LİGASYON SETİ	3	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi teklife kapalıdır.

BİYOPSİ FORSEPSİ GASTROSKOPİK İĞNELİ, İĞNESİZ, TEK KULLANIMLIK

1. Biyopsi forsepsi gastroskopi işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kateterin çalışma uzunluğu 155-180 cm arasında olmalıdır.
3. Biyopsi alma esnasında kaymayı önlemek amacıyla örnek alma kolları arasında iğne bulunduran veya bulundurmeyen tipleri olmalıdır. İğneli veya iğnesiz tipler olmalıdır. Yüklenici firma tarafından istenen özellikteki malzeme temin edilmeli ve değiştirilebilmelidir.
4. Kateter çapı 2.8 mm çalışma kanalı ile uyumlu olmalıdır.
5. Çene dış çapı 2.2 mm (+/- 0,3 mm) olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. Gastroskop içinden geçişi ve gastroskop uç kısmından çıkışı rahat olmalı gastroskopa zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Ürün steril ambalaj içinde omalı ve üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
9. Ürünün özellikleri steril ambalaj üzerinde açıkça belirtilmelidir.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip.Tesc. No: 137090

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Nuran YILMAZ
Hemşire

BİYOPSİ FORSEPSİ KOLONOSKOPİK İĞNELİ, İĞNESİZ, TEK KULLANIMLIK

1. Ürün tekli steril paketlerde olmalıdır. Son kullanım tarihi bulunmalıdır.
2. Ürün paslanmaz çelik steril kılıflı olmalıdır.
3. Forseps iğneli veya iğnesiz olmalıdır.
4. Forseps oval cup veya alligator cup olabilmelidir.
5. Forseps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
6. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
7. Kateter uzunluğu 230 cm olmalıdır.
8. 2.8 mm kanal çaplı kolonoskoplarda kullanılabilir.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Tesc. No: 137090

AĞRI DEVLET HASTANESİ
NURAN YILMAZ
Hemşire

BİYOPSİ FORSEPSİ JUMBO KOLONOSKOPİK TEK KULLANIMLIK

1. Ürün tek kullanımlık ve her biri ayrı steril paketlerde olmalıdır.
2. Paslanmaz çelik spiral kılıflı olmalıdır.
3. Forseps iğneli veya iğnesiz olmalıdır.
4. Biyopsi forseps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır.
5. Forseps oval cup veya alligator cup olabilmelidir.
6. Kateter uzunluğu 230 cm olmalıdır. 1.2 mm veya 3.7 mm kanal çaplı kolonoskoplarda kullanılmalıdır.
7. Handle bölgesi dayanıklı plastik madden yapılmış olmalıdır.
8. Forseps oval veya alligator cup ağızlı olmalıdır.
9. Forseps açıkken çapı 6 mm olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Tesd. No: 137096

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Nuran TEMAZ
Hemşire

FİLELİ POLİP ÇIKARMA SNARE

1. Yabancı cisim ve polip çıkarmaya uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Gastroskopik olarak 160 cm kolonskopik olarak 230 cm verilebilmedir.
3. Kilitlenebilir handle yapısı sahip olmalıdır.
4. Snare kementleri 3x6 cm olmalıdır.
5. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
6. File , polip veya yabancı cisim için güçlü olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Tesc. No: 137098

~~AĞRI DEVLET HASTANESİ~~
~~NURAN YILMAZ~~
~~Hemşire~~

PEG SET Pull Tip

1. Ağız yoluyla beslenemeyen hastalara perkütan yerleştirilen gastrostomi tüpü şartanemisidir.
2. Gastrostomi tüpü slikon veya poliürüten malzemelerden yapılmış olmalı ve ihtiyaca göre 2 Fr veya 22 Fr olarak firma tarafından temin edilebilmelidir.
3. Kit içerisinde olması gereken malzemeler;
 - * Vaka için 1 adet örtü
 - * 1 adet 25 Ga x 1" enjeksiyon iğnesi
 - * 1 adet Anjiokat veya Seldinger iğne
 - * 1 adet klavuz tel (150 cm.lik)
 - * 1 adet slikon 20 Fr veya 22 Fr PegTup
 - * 4x4 Gauzepad
 - * 1 adet externalbolster
 - * 1 adet C klemp
 - * 1 adet Y Port veya beslenme adaptörü
 - * 4 adet 2x2 drenaj spong
 - * 1 adet Makas
 - * 1 adet Snare

tel
size
bil

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
iç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Test. No: 187090

AĞRI DEVLET HASTANESİ
NURAN YILMAZ
Hemşire

tel
size
bil

tel
size
bil

ENDOSKOPIK KLİP

1. Teklif edilen endoskopik klip kullanıma hazır tek kullanımlık siteril pakette olmalıdır.
2. Handle üzerinde atma mekanizması ve klipi döndürmeye yarayan mekanizma bulunmalıdır.
3. Klip açıklığı en az 11-12 mm olmalıdır.
4. Teklif edilen klip 2.8 mm endoskopi kanalından geçebilmelidir.
5. Teklif edilen klip en az 230 mm uzunluğuna sahip olmalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil ŞAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Teş. No: 137090

AĞRI DEVLET HASTANESİ
Nuran YILMAZ
Hemşire

BAND LİGASYON SETİ ÇOKLU

1. Bantlar 5-7 adet olmalıdır ve sondan bir önceki bant ayırt edici renkte olmalıdır.
2. Banlar kare şeklinde kesilmiş olmalıdır.
3. Bantlar atış ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır. Band setinin ipleri veya telleri skobun görüşünü kapatmamalıdır.
4. Tutaç her 180 derece çevrildiğinde 1 band attığını net bir şekilde sesli olarak konfirme etmelidir. Her çevrilişte tek band atılmalıdır. Mekanizma tek çeviriş hamlesinde tek band atınca 2. bantı atmayı engelleyici nitelikte olmalıdır.
5. Band çekme mekanizması tel veya ip olmalıdır ve tutacın üzerinde hazır kurulmuş gelmelidir.
6. Tutacın işlem esnasında endoskoptan kaymasını engelleyebilmel için tutaç endoskopa sabitlenebilmelidir.
7. Tutaç makarası 2 yönlü olmalıdır. Atış esnasında tek yönlü dönmesini sağlayan band atma kilidi olmalıdır.
8. Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
9. Kap Gastroskobun başında sağlam durmalıdır.
10. Bandligasyon setinin tüm aparatları sağlam olmalı kolayca kopmamalıdır. Acil şartlarda hayati riski olan kanamalı hastalara müdahale için kullanılan set kesinlikle hatasız çalışmalıdır.
11. Malzeme işlem sırasında endoskobun ucundaki bandligatörü yerinden çıkarmamalıdır.

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Halil SAHİN
İç Hast. ve Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 3414 Dip. Tesd. No: 137090

AĞRI DEVLET HASTANESİ
NURAN YILMAZ
Hemşire