



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MINİ MONOKA ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/01/2020 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MINİ MONOKA	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Mini Monoka Teknik Şartnamesi

1. Kamarkul yararlanmalarında lakrimal kesilerde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı.
2. Silikon maddesinden imal edilmiş olmalı.
3. **40 mm uzunluğunda 0.64 mm** çapında olmalı (Bu ölçüler vazgeçilmez bir özelliktir. Teklif verecek firmalar bu ölçüleri ürün orijinal katalogunda gösterebilmelidirler.)
4. Ürün içersinden geçen çelik veya herhangi bir probe olmamalıdır.
5. Operasyon sonunda implantle edildiği yerde stabil olabilmesi için punctuma oturan 2 mm çapında bir plug a sahip olmalı.
6. Teklif edilen Ürün Sterilizasyon Güvenliği açısından çift steril blister ambalaj içersinde olmalıdır. (Bu vazgeçilmez Bir Özelliktir.) poşet içersinde olan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7. Teklif verecek olan firmalar ihale öncesi kullanılmak üzere uygunluk için ilgili hekime numu bırakıp kullanıldıktan sonra uygunluk almak zorundadırlar.
8. ISO ve CE belgelerine sahip olmalı.

[Signature]
Doktorun Gözetiminde
Uygulanabilir
Dr. Mehmet İSİKTEPE
ULUSLARARASI İLAHİYAT
ULUSLARARASI İLAHİYAT