

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 503
Konu : Mal Alımı Hk.

10/01/2020

Teklif Davet

Hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji birime başvuran İzzettin DOĞAN için cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Mal Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/f maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/01/2020 tarih ve saat 09:00'a kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

10/01/2020
Op. Dr. Coşkun DAHARLI
Başhekim

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	FEMORAL STEM	ADET	1		
2	FEMORAL HEAD	ADET	1		
3	ACETEBULAR CUP	ADET	1		
4	ACETEBULER LİNER	ADET	1		
5	ACETEBULAR VİDA	ADET	3		
6	CENTRALİZER	ADET	1		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiilî olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 11-Alımlar Kısmi Teklife kapalıdır.

TOTAL KALÇA PROTEZİ SEMENTSİZ

1	Femoral Stem Sementsiz Çift Kaplama (PC-HA)	AP2050
2	28mm 32mm 36mm CoCr Head	AP1750
3	Acetabular Liner (0°ve 10°)	AP1610
4	Acetabular Shell Sementsiz	AP1490
5	Acetabular Vida	AP1670
4	Centralizer	AP2210

- 1- Femoral protez ASTM F 75 ve ISO 5832/4 standartlarındaki CoCrMo alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Stemler en az 6 boy seçeneğine sahip olmalıdır.
- 3- Sementli ve sementsiz uygulama seçenekleri olmalıdır.
- 4- Sementsiz femoral protez, proksimal tespit özelliğinde olmalı. Kaplama protezin en az ½ sini içermeli ve proksimali çepçevre (full temas) kaplamalıdır.
- 5-Stem proksimali, 250 – 350 mikron Titan porous plazma üzerine Hidroksiapatit kaplamalı olmalıdır.
- 6-Boyun konikliği 12/14 taper olmalıdır.
- 7-Stem boyun açısı 135 derece olmalıdır.
- 8-Deneme raspa üzerinden yapılabilmelidir.
- 9- Entrümentasyon reamerizasyon ve raspalama seçeneklerini sunmalıdır.
- 10-Asetabular komponent, titanyumdan (Ti-Al alaşım) ASTM F 136 imal edilmiş olmalıdır.
- 11- Asetabular komponent, press fit olmalıdır ve yiv içermemelidir. Shell asetabulum anatomisine uygun tasarımda olmalı ve dönmeyi engelleyen özel bir yapıya sahip olmalıdır.
- 12-Asetabular yüzey tercihen işlenmiş yüzey üzerine Titan plazma ve/veya Hidroksiapatit plazma sprey kaplama formunda olmalıdır.
- 13-Acetabular komponent en fazla 3 adet vida deliğine sahip olmalıdır.
- 14-Asetabular komponenti tutucu vidalar titanyum alaşım olmalıdır. Spongioz yivli ve self-tapping olmalıdır. Vidaların 20 mm – 45 mm aralığında boy seçeneği olmalıdır.
- 15-Asetabular komponent içinde vida delikleri vidaların gömülmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Asetabular komponentin 42-60 mm aralığında boyları olmalıdır.
- 16- Asetabular insert üzerinde shell tutunumunu arttıran ve çıkmayı önleyen bir çentik tasarımı olmalı. İnsertler UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdır. Ayrıca E-vit UHMWPE malzeme seçeneği de olmalıdır.
- 17- Asetabular insertün 10° – 20° offsetli (açılı) seçenekleri olmalıdır. İnsert iç çapı 28mm veya 32mm veya 36mm başa uyumlu olmalıdır.

TEKLİF VEREN FİRMALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ÖNCE MALZEMİYİ GETİREREK ONAY ALACAKTIR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.