



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 507
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1625

20.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.01.2020 saat: 15:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULLUĞAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	EKG KABLOSU NEEDLE UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 3.00 MM 10 LEAD	EKG KABLOSU	2	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						


NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

2 ADET EKG KABLOSU İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1 İstemi yapılan EKG kablosunun GE healthcare marka MAC 2000 model ekg cihazına uyumlu olmalı.
- 2 EKG kablosu kırılmalara karşı dayanıklı ve esnek malzemelerden imal edilmiş olmalı.
- 3 istemi yapılan EKG kablosu en az 3 m olmalı,
- 4 EKG kablosunun uçları renli olmalı. ve banana uclu olmalı.
- 5 EKG kablosu 10 lead'li olmalı.
- 6 Orjinal kablo olmalı


Serullah Nurkan DOĞAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Mehmet Kerim OZKAN
K. Ozkan