



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

23.01.2020

Sayı : 517
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1669

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.01.2020 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma ULUYAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞİ (1 YILLIK)	HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM İŞİ (1 YILLIK)	4	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Söz konusu iş, AĞRI DEVLET HASTANESİ'nde (Aşağıda 'idare' olarak anılacaktır)kurulu bulunan Hemşire Çağrı sisteminin yedek parça hariç koruyucu bakımının-onarım işinin anlaşmaya varılan firma (aşağıdaki 'yüklenici' olarak anılacaktır)tarafından karşılanma işidir.

ATEK MARKA, Hemşire Çağrı sistemleri bakımı 3 aylık periyotlarda (2020 yılı içerisinde) yılda 4 defa Bakımlar periyodik olarak ve periyod için belirlenen çerçevede yapılacaktır.

1. Hemşire çağrı sistemi ile ilgili arıza durumunda telefonla destek ve arıza bildirimini için yüklenicini 24(yirmi dört) saat ulaşılabilir telefonu olmalıdır.
2. Yüklenici bu işi yapacak personelin bu konuda tecrübeli ve bilgili olduğuna dair en az 1 markaya ait üretici teknik servis eğitim sertifikasına sahip olduğunu belgeleyecektir.
3. Yüklenici teknik olarak tüm teknik donanıma sahip olmalıdır.
4. Garanti kapsamında veya dışında değişimi gerektiren ve bu değişimle giderilebilecek olan arızalar en çok 72(yetmiş iki)saat içerisinde giderilecektir.Eğer parça temini yurt dışında yapılacaksa en çok 6-8 hafta içerisinde arıza giderilecektir.
5. Yapılacak olan periyodik bakımlar mesai saatleri içerisinde ve teknik personel nezaretinde yapılacaktır.
6. Garanti kapsamı dışında değişimi yapılacak olan parçanın alımı hastane tarafından karşılanacak,montajı ise yüklenici tarafından yapılacaktır.
7. Yüklenici bakım sırasında kullanacağı her türlü temizlik ve bakım malzemesinin teminini ücret talep etmeksizin nakliyesiyle beraber karşılamak zorundadır.
8. Yüklenici bakım yapılacak sistemin çalışma prensibi ,özellği ve kullanımı konusunda idarenin en az 2 personeli bilgilendirecek ve eğitecektir.
9. Bakım esnasında teknik montaj ve işçilikten kaynaklanan arızalar yüklenici sorumludur.
- 10.Bakım ve arıza durumunda ortaya çıkan her türlü çöp ve malzeme atıklarının tahliyesi yükleniciye aittir.
- 11.Yüklenici bakım ve arıza işlemleri bittikten sonra açıklayıcı bilgi içeren servis bakım formu düzenleyip teknik servis çalışanına vermek zorundadır.
- 12.Bakımın kapsamı :
- 13.İlk önce can güvenliğinin ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması.
 - a) Çağrı oda adreslerinin kontrol edilmesi
 - b) Tuş takımı ve display kontrolünün yapılması.
 - c) Servislerdeki C-R priz , Elseti, WC ipli çekme ünitelerinin fiziksel kontrollerinin yapılması,
 - d) Sistemin besleme voltajlarının kontrol edilmesi,

- e) Sistem içerisinde kullanılan ekipmanların çalışırılık testlerinin yapılması,
- f) Çağrı esnasında sesli uyarılarının aktif olup olmadığının kontrolü,
- g) Oda çağrılarının panellere veya bilgisayarlara ulaştığının teyit edilmesi.

- ***Yukarıda şartnamesi yazılan hizmet alım işi ile ilgili tüm olası anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkili olacaktır.***

Ozcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu