



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 F

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ORTOPEDİ AMELİYATI (SEBAHAT ÇİMİK) İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/F maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29/01/2020** tarih ve saat 12:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır.

Nazan A. GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBIA DISTAL MEDIAL ANATOMİK PLAK	ADET	1		
2	KİLİTLİ VİDA	ADET	8		
3	KİLİTSİZ VİDA	ADET	4		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR

e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 12) Firma UBB ve SUT kodlarını teklif üzerinde belirtmelidir. Belirtmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Ayrıca UBB ve SUT kodları hatalı olan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden b6d810e3-ec58-4ebd-a8f3-487c11d6af7e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAC

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

TEKNİK ŞARTNAME

1. Ürün sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.(TSE ve CE)
2. Plak ve vidalar titanyum veya titanyum içeren alaşım yapıda olmalıdır.
3. Her plakta, geçici tespit ve kırık redüksiyonu için kirschner teli deliği olmalıdır.
4. Uygun çaplarda(2,5 – 4,5mm) kilitli ve kilitsiz kortikal-spongioz vidalar plağa uyum içinde olmalıdır.
5. Plaklar kombine(kilitli ve kilitsiz) delik yapısına ya da ayrı ayrı deliklere sahip olmalıdır.
6. Setin içinde uygun drill(en az 2 tane); boy ölçer; guide (sleeve, en az 2 tane); tornavida (en az 2 tane); kirschner teli(en az 3 tane) olmalıdır.
7. Distal medial plak malleol üzerine yerleşime uygun tibia distla medial anatomisine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Plağın distal ucunda daha sık vida yerleşimi olmalıdır ve en az 5 vida yerleştirilebilmelidir.
9. Plaklar sağ ve sol taraf için ayrı ayrı olarak üretilmiş olmalıdır.

Dr. Yasar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dr. E. YILMAZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı