



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **CİLT STAPLERİ**
ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç
birim ve toplam fiyatının 31/01/2020 tarih ve saat 12:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya
ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	CİLT STAPLERİ	ADET	100		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-izmalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 15edc885-8b9f-4051-8961-7f81d3977b08 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

CİLT STAPLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cilt staplerinin içinde ön yükleme yapılmış 35 adet W tipi medikal derece paslanmaz çelikten imal edilmiş tel bulunmalıdır.
2. Cilt staplerinin içindeki telin uçları, doku travmasını en aza indirgeyecek şekilde keskinleştirilmiş olmalıdır.
3. Cilt stapleri kesintisiz ve sürekli besleme yapabilecek patentli mekanizmaya sahip olmalıdır.
4. Cilt staplerinin tel ebatları 6.5 (± 0.5) mm x 4.7 (± 0.7) mm geniş boyda olmalıdır.
5. Cilt staplerinin tel ebatları sökmei kolaylaştıracak şekilde uzun olmalıdır.
6. Cilt staplerin eni 8 cm, boyu 15 1/2 olmalıdır.
7. Cilt stapleri ele kolay uyum sağlayan ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
8. Cilt staplerinin ön yüzünde kolay tel görünürlüğü sağlayan açık pencere bulunmalıdır.
9. Bir kutu içerisinde en az 6 adet stapler aplikatörü bulunmalıdır.
10. Cilt stapleri steril olarak paketlenmiş olmalı ve tek kullanımlı olmalıdır.
11. Cilt stapleri etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Cilt staplerinin miadı üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
13. Her 20 stapler için 1 adet stapler sökücü ücretsiz verilecektir.
14. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu veya ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda veya ÜTS koduna sahip olmalıdır.
16. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
17. Zimbalar dikdörtgen kapanmalıdır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]