



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 534  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1670

29.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 31.01.2020 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ACİL DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ	KİMYASAL DÖKÜLME KİTİ	4	Adet		
2	TIBBİ ATIK KOVASI (BÜYÜK)	PLASTİK AYRIŞIM KOVASI	4	Set		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi teklife kapalıdır.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Devlet Hastanesi

KİMYASAL DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz laboratuvarında / kimyasal alanlarında, kimyasal maddelerin kazaen dökülmesi durumunda kullanılacak kimyasal döküntü acil durum kiti, içerisinde, kiyasalları absorbe edecek gerekli absorban maddeleri ve yardımcı ekipmanları içeren plastik ve kapaklı bir kutu şeklinde olmalıdır.
2. K,t kutusu üzerinde kimyasal acil durum kiti olduğunu gösterir, Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.
3. Kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır.
  - 2 adet 1000 gr kimyasal sıvı emici absorban
  - 8 adet kimyasal emici ped
  - 1 adet kimyasal emini bariyer sosis
  - Koruyucu kollu önlük
  - 1 çift kimyasala dayanıklı koruyucu eldiven
  - N95/ FFP3 ventilli solunum maskesi
  - 1 çift nitril eldiven
  - Plastik kürek ve kazıyıcı
  - 2 adet tehlikeli atık yazılı atık torbası
  - 2 adet plastik bağcıklar
  - Göz koruyucu ayarlanabilir saplı gözlük
  - Kimyasal döküntü veya citotoksik döküntü ikaz levhası
  - En az 5 adet yüksek emici güce sahip temizlik bezi
  - 1 adet temizlik süngeri
  - Şematik kullanım kılavuzu
4. Kimyasal sıvı emici absorban madde kullanımı kolay, kapaklı plastik şişe içerisinde olmalıdır.
5. Absorban madde dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.
6. Absorban maddeler kimyasal olarak inert olup gözenekli mineral veya sentetik kopolimerlerden oluşmalıdır.
7. Kit, kulplu, kolay taşınabilir ve yukarıda sayılan tüm malzemeleri içerisinde bulunduran, sıvı geçirmez, kırılma ve delinmeye dayanıklı, plastik kutu içerisinde bulunmalıdır.
8. Firmalar teklifleri ile birlikte malzeme sertifikaları ve malzemeerin teknik özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir.
9. Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Devlet Hastanesi

PLASTİK AYRIŞIM KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yanmaz ve Kırılmaz özellikte plastik tabanlı pedallı ve köşeli olmalıdır.
- 2-Evsel atık, Tıbbi Atık, Geri Dönüşüm Atık ve Tehlikeli Atık olarak hazırlanmalıdır.
- 3-Gövde siyah renkli evsel atık ünitesi 60 lt,  
gövde turuncu renkli tıbbi atık 60 lt,  
gövde mavi renkli geri dönüşüm ünitesi 60 lt,  
gövde sarı renkli tehlikeli atık ünitesi 60 lt,  
ürün toplam kapasitesi 240 lt olmalıdır.
- 4-Ürün el değmeden açılabilir pedallı olmalıdır.
- 5-Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiştir.
- 6-Taban kısmında 4 adet güçlü tekerliği olmalıdır.
- 7-Ürün nakliyesi firmaya ait olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Dr. Seyma Sitem ÖZMELİ  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 157377 / 130828

11. Firma siparişe bağlanan malzemeyi en geç 45 takvim günü sonunda teslim edecektir. Kurumumuz alternatif teklifleri ayrıca değerlendirecektir.
12. Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE-EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod belirtilmiş olacaktır.
13. Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.
14. Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 (bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.
15. Gönderilen kitin son kullanma tarihi laboratuara teslim edildiği günden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
16. Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI DEVLET HASTANESİ  
Dr. Şeyma Sinem ÖZLÜK  
Tıbbi Patoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 157377 / 130828