



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **İŞİNLİ DOLGU CİHAZI KALEM TİPİ LED KABLOSUZ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 05/02/2020 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İŞİNLİ DOLGU CİHAZI KALEM TİPİ LED KABLOSUZ	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.
Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 463a65c1-7ddc-44d1-86d9-1e807faea39f kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İŞINLI DOLGU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Bağımsız şarj edilebilir tipte olmalıdır.
- 2- Soğuk ışık vermelidir.
- 3- Işık kaynağı led tipi olmalıdır.
- 4- Tüm marka ve renklerdeki restorative materyeller için kullanılabilmelidir.
- 5- Işın gücü 430-490 nanometre (Nm) olmalıdır.
- 6- Işık yoğunluğu 5 farklı program seçenekleriyle ayarlanabilmelidir.
- 7- Maksimum çıkış gücü 2700 mw/cm2 olmalıdır.
- 8- Üzerinde start stop düğmesi zaman seçim düğmesi bulunmalıdır.
- 9- Sürenin başında ve sonunda aynı ışın yoğunluğuna sahip olmalıdır.(FULL POWER)
- 10- Başlangıçtan sona doğru artan oranda ışın yoğunluğuna sahip olmalıdır.(RAMPİNG)
- 11- Dalgali ışın yoğunluğu olmalıdır.(pulse)
- 12- Paket içeriğinde ışık probu ışık filtre camı el tutamağı tek kullanımlık ışık probu önlüğü batarya kablosu şarj standı bulunmalıdır.
- 13- Ürün garantisi minimum 2 yıl olmalıdır.

Mehmet Ali İleri
Ali İleri