



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH SATIN ALMA BİRİMİ
30/01/2020 11:26 - 36472700-020-33



00111443607

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : CERRAHİ ASPİRATÖR ALIM İŞİ
Dosya Id : 1735

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.02.2020 saat: 11:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	ASPIRATÖR CİHAZLARI			1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:MOLLASÜLEYMAN YOLU ÜZERİ NO :120 İSTIKLAL MAH 04600 ELEŞKİRT/AĞRI

Telefon: 04727114142 Faks: 04727114963

E-Posta: satinalmaeleskirtdh@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Necla URAZ -

noticross@gmail.com



T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
CERRAHİ ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 Cihaz, cerrahi müdahaleler ve aspirasyon gerektirecek diğer işlerde kullanılmak üzere güçlü vakum üretebilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
- 2 Yoğun kullanıma kapasitesine sahip, bakım gerektirmeyen, yağsız pompa sistemine sahip aspiratör verilecektir.
- 3 Cihaz maksimum 700 mm/Hg vakum yapabilmeli (-0,86 bar /-0,86 atm), vakum değerleri panel üzerinden ayarlanabilir ve vakummetre üzerinden okunur. Ancak istenildiğinde cihaza takılabilecek bir düzenele vakum ayarı ayak pedalı ile de yapılır.
- 4 Cihaz vakum durdurma-başlatma pedalına sahip olmalı, pedal elektriksiz (pnömomatik) olmalı, su geçirmez ve patlama korumalı olmalıdır.
- 5 Vakum pompası minimum 70 lt/dk aspirasyon sağlayacak güçte olmalı, cihazın vakum gücü bu değeri geçmemelidir.
- 6 Cihazın gürültü şiddeti 50 dB'den az değerle ve sessiz çalışmalıdır.
- 7 Kavanoz ve kapaklar polikarbonattan üretilmiş, kırılmayan ve 121°C'de otoklava girebilen yapıda olup ,cydex v.b. solüsyonla steril edilmektedir. iç kısımdan silikon valflerle taşmaya karşı emniyet sistemi mevcuttur.
- 8 Derecelendirilmiş 4 litrelik 2 kavanoza sahip olacak. Çeşitli markalara ait farklı ölçülerde disposable kavanoz takılabilmek imkanına sahip olacaktır.
- 9 Kavanozlar taşmaya karşı güvenlik sistemine sahip olacaktır.
- 10 Cihaz ayak pedalı pneomatik ve su geçirmez yapıda olacaktır.
- 11 Taşma emniyeti düzeneğine ek olarak çalışan bakteri filtresi vardır. İsteğe bağlı disposable kavanoz kullanabilmek için dışarıdan opsiyonel taşma emniyeti sağlama imkanı vardır.
- 12 Vakum borusu, 121°C'de otoklava girebilen silikon yapıdadır.
- 13 Cihaz aspirasyonu kavanozlar arasında hızlı şekilde değiştirme imkanı veren sisteme sahiptir.

14 Cihaz antistatik özellikli kendi tekerlekleri üzerinde hareket etme özelliğine sahip ve fren sistemi mevcuttur.

15 Cihaz 42x34x85 cm ve aksesuar dahil toplam ağırlığı 30 kg olmalıdır.(+-%10)

16 Cihaz EC 93/42 EC 0051 standartlarına uygun üretilmiş olacaktır.

17 Cihazın reusable emme hortumları , ayak pedalı ve bakteri filtreleri beraberinde verilecektir.

TEKNİK SERVİS VE GARANTİ

1 Teklif edilen ürünler en az 5 yıl süre ile imalatçı firma garantisinde olacaktır.

2 İthalatçı firmanın kurum adına hazırlamış olduğu garanti belgesi verilecektir.

3 İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen cihazlar için en az 10(on)yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisini vermelidir.

4 Arızalar veya sorunlar firmaya sözlü veya yazılı olarak, sorumlular veya hastane idaresince bildirilecektir.

30.01.2020

Ergül YAMAN
Diyaliz Sorm.Hemş.

M.Nuri ÇETİN
Diyaliz Hemş.