



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 543  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Patoloji Birimi İçin Hassas Terazi Alımı  
Dosya Id : 1632

05.02.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.02.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	AĞIRLIK - UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, HASSAS AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI / TERAZİ HASSAS TERAZİ			1	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satın Almanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HASSAS TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihazın maksimum tartım kapasitesi 6000 g olmalıdır.
- 2- Cihazın dahili kalibrasyon kütlesi olmalıdır. Tek tuş yardımıyla kalibrasyon gerçekleştirilebilmelidir.
- 3- Cihazın hassasiyeti 0,01 g olmalıdır.
- 4- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,02 g olmalıdır.
- 5- Cihazın doğrusallığı  $\pm 0,03$  g olmalıdır.
- 6- Cihazı stabilizasyon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.
- 7- Cihazın tartım kefesini 160X160 mm'den az olmamalı ve korozyona dayanıklı manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 8- Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.
- 9- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.
- 10- Cihaz üzerinde teraziye açma/kapama tuşu, tara alma tuşu, farklı birimlerde tartımı ayarlamak için tuş ve kalibrasyon tuşu mutlaka olmalıdır.
- 11- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır, cihazla birlikte en az 1 adet 1000 g'lık kütle seti verilmelidir
- 12- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
- 13- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.
- 14- Cihaz g, kg ve % birimlerinde tartım yapabilmelidir.
- 15- Cihaz gücünü AC adaptör ile sağlamalıdır.  
Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.
- 16- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.
- 17- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
- 18- Cihazı ithal eden firma TSE-HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) belgesine sahip olmalıdır.
- 19- Cihazın istenilen teknik özelliklerinin yazdığı belge/belgeler hastanemiz satın alma biriminin e-posta adresine (satinalma004@gmail.com) mutlaka iletilmelidir.

Uzm. Dr. Erdem AYIK  
Patoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 158178  
Ağrı Devlet Hastanesi

